

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**IMSP Dispensarul Republican de Narcologie.**

| <b>Numărul procedurii de achiziție: 21169069, ocde-b3wdp1-MD-1707480335727</b>                                  |         |  |                     |                 |              |   | <b>Data: 21.02.2024</b>                                | Alternativa nr.        |
|---|---------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| <b>Denumirea obiectului achiziției: Reactive, teste,consumabile și gaze medicale pentru laborator anul 2024</b> |         |  |                     |                 |              |   | <b>Lot:</b>  | pag. 1 din 2           |
| Nr d/o  | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| -   | 1       | 2  | 3                   | 4               | 5            | 6   | 7  | 8                      |

**3. Reactive și consumabile pentru analizator hematologic Horiba ABX Micros ES 60**

|   |            |                                     |                             |         |        |  |  |          |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--|--|----------|
| 1 | 33140000-3 | Reagent                             | Dialyse-Diff-LMG            | Ungaria | Diagon | Reagent p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L.            | Reagent pentru lizare, compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 1L.                | ISO, CE. |
| 2 | 33140000-3 | Soluție de curățare                 | Dia-Cleaner Micros          | Ungaria | Diagon | Soluție de curățare p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. | Soluție pentru spălare, compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 1L.               | ISO, CE. |
| 3 | 33140000-3 | Diluant                             | Diaton-Diff-LMG-Diluent     | Ungaria | Diagon | Diluant p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 20 L.            | Soluție pentru diluare (Diluant), compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 20L.    | ISO, CE. |
| 4 | 33140000-3 | Set de control hematologic 3 nivele | D-Check 18Low, Normal, High | Ungaria | Diagon | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3fl x 2,5 ml)   | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High, (3fl x 2ml), pentru 3-Diff pentru 18 parametri. | ISO, CE. |
| 5 | 33140000-3 | Hârtie pentru termoprinter          | Paper                       | Italia  | Aptaca | Latime 5,5cm   | Hârtie termică pentru termoprinter, cu lățime 5,5cm.   | ISO.     |

|    |            |  |  |        |           |  |  |          |
|----|------------|--|--|--------|-----------|--|--|----------|
| 6  | 33140000-3 | Multicalibrator 5 nivele p/u opiacee și amphetamine în urină | Multidrug Calibrator for urine concentrations of AMP/COC/MTD/COT/OPI/BAR | Spania | Spinreact | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele. Turbidimetrica. Material pentru investigații: Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu vol. pînă la 10 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE.   | Multicalibrator 5 nivele pentru <i>opiate și amphetamine</i> în urină, (5fl x 10ml). Turbidimetrică. | ISO, CE. |
| 7  | 33140000-3 | Calibrator 5 nivele p/u cannabinoide în urină                | Cannabinoid Calibrator (5Level) for urine                                | Spania | Spinreact | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele. Turbidimetrica. Material pentru investigații: Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 4 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE.   | Multicalibrator 5 nivele pentru <i>cannabinoide</i> în urină, (5fl x 4ml). Turbidimetrică.           | ISO, CE. |
| 8  | 33140000-3 | Cannabinoide în urină  | Cannabinoid EIA Urine  | Spania | Spinreact | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Limita minimă de detecție pentru set 20 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 1,4 %, Interferențe 6-Acetyl-Morfin, Amitriptilina, Amobarbital, Aspirina, Amphetamine, Canabidiol, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE.                                      | <i>Cannabinoide</i> în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică.                              | ISO, CE. |
| 9  | 33140000-3 | Benzodiazepine în urina                                      | Benzodiazepines EIA Urine  | Spania | Spinreact | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detecție pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 2,2 %, Interferențe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, B-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum R1-105 ml R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE. | <i>Benzodiazepine</i> în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică.                            | ISO, CE. |
| 10 | 33140000-3 | Calibrator 5 nivele p/u benzodiazepine în urină              | Benzodiazepines Calibrator (5Level) for urine                            | Spania | Spinreact | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații: Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 10 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE  | Multicalibrator 5 nivele pentru <i>benzodiazepine</i> în urină, (5fl x 10ml). Turbidimetrică.        | ISO, CE. |
| 11 | 33140000-3 | Opiacee în urină   | Opiates EIA Urine  | Spania | Spinreact | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica.Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detecție pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 2,2 %, Interferențe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, B-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum R1-105 ml R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE. | <i>Opiate</i> în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică.                                    | ISO, CE. |
| 12 | 33140000-3 | Amfetamine în urină  | Amphetamine EIA Urine  | Spania | Spinreact | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent.Turbidimetrica. Material pentru investigații- urina; Limita minimă de detecție pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,4 %, Coefic.de variație extraserial 1,2 %, Interferențe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE.  | <i>Amfetamine</i> în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică.                                | ISO, CE. |

|    |            |  |         |       |          |  |   |          |
|----|------------|--|---------|-------|----------|--|---|----------|
| 17 | 33140000-3 | THC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sânge | DTH-402 | China | Alltests |  | THC Rapid Test pentru determinarea drogurilor în sânge. | ISO, CE. |
| 18 | 33140000-3 | AMP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sânge | DAM-402 | China | Alltests |  | AMP Rapid Test pentru determinarea drogurilor în sânge. | ISO, CE. |

|      |            |   |          |       |          |
|------|------------|---|----------|-------|----------|
| 19   | 33140000-3 | BZO Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge  | DBZ-402  | China | Alltests |
| 20   | 33140000-3 | MET Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge  | DME-402  | China | Alltests |
| 21   | 33140000-3 | MOP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge  | DMO-402  | China | Alltests |
| 22   | 33140000-3 | MTD Test pentru determinarea drogurilor in sînge        | DMT-402  | China | Alltests |
| 23   | 33140000-3 | TML Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge  | DTM-402  | China | Alltests |
| 24   | 33140000-3 | MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge | DMDP-402 | China | Alltests |
| 25   | 33140000-3 | MDPV Test pentru determinarea drogurilor in urină       | DMDP-102 | China | Alltests |
| 28   | 33140000-3 | COC Test pentru determinarea drogurilor in sînge        | DCO-402  | China | Alltests |
| 29   | 33140000-3 | BAR Test pentru determinarea drogurilor in sînge        | DBA-402  | China | Alltests |
| 30   | 33140000-3 | PCP Test pentru determinarea drogurilor in sînge        | DPC-402  | China | Alltests |
| 31   | 33140000-3 | TCA Test pentru determinarea drogurilor in sînge        | DTC-402  | China | Alltests |
| 27.1 | 33140000-3 | LSD Test pentru determinarea drogurilor in urină        | DLS-102  | China | Alltests |
| 27.2 | 33140000-3 | LSD Test pentru determinarea drogurilor in sînge        | DLS-402  | China | Alltests |

in ambalaj original de la producator \*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. \* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului

|  |          |
|--|----------|
| BZO Rapid Test pentru determinarea drogurilor în sînge.  | ISO, CE. |
| MET Rapid Test pentru determinarea drogurilor în sînge.  | ISO, CE. |
| MOP Rapid Test pentru determinarea drogurilor în sînge.  | ISO, CE. |
| MTD Rapid Test pentru determinarea drogurilor în sînge.  | ISO, CE. |
| TML Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge.  | ISO, CE. |
| MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in sînge. | ISO, CE. |
| MDPV Test pentru determinarea drogurilor in urină.       | ISO, CE. |
| COC Test pentru determinarea drogurilor in sînge.        | ISO, CE. |
| BAR Test pentru determinarea drogurilor in sînge.        | ISO, CE. |
| PCP Test pentru determinarea drogurilor in sînge.        | ISO, CE. |
| TCA Test pentru determinarea drogurilor in sînge.        | ISO, CE. |
| LSD Test pentru determinarea drogurilor in urină.        | ISO, CE. |
| LSD Test pentru determinarea drogurilor in sînge.        | ISO, CE. |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

**Data: 21.02.2024**  
**Valabilitatea ofertei - 30 zile.**