

Код 22 9390

Паспорт
Штатив к СОЭ-метру
ТУ 2293-013-29508133-2012

1. Назначение

Предназначен для постановки реакции СОЭ в пипетках ПС/СОЭ - 0,1.

2. Основные технические характеристики

1. Габаритные размеры, мм – 208 × 197 × 70. Масса, кг – не более 0,2.
2. Штатив предназначен для постановки реакции СОЭ в пипетках ПС/СОЭ - 0,1. Белый экран облегчает отсчет уровня эритроцитов.
3. В основании штатива имеется 20 отверстий по 10 с каждой стороны, в которые установлены резиновые пробки с обозначенным центром для установки нижнего конца пипетки. Гнезда штатива имеют оцифровку от 1 до 20.
4. В верхней плате штатива имеются гнезда для установки верхнего конца пипеток.
5. Изготовлен из полистирола, гигиенический сертификат ИП - 11/1683. Автоклавированию не подлежит. Устойчив к дезинфицирующим средствам.
6. В комплект поставки входит: штатив СОЭ-метра - 1 шт, пробки резиновые – 20 шт.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделия обеспечивает его сохранность при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Производитель ООО «МиниМед», Россия. Гарантийный срок использования – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Начальник ОТК

Грузинцев С. А.

