

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Formularul 4.1 conform OMF175/2018 din 05.10.2018

Autoritatea contractanta	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1618570422414
Denumirea procedurii de achizitie	Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 3)

Cod CPV	Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3310000-1	2	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții)	A-11B	China	Hebei Baiyang Bed Industry Manufactory Co. Ltd.	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Tip - multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient - adult Controlul pacientului tip - Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară: 1. poziționare Trendelenburg 2. poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă - Blocarea control pacient - da Greutatea maximă a pacientului - Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă - ≥ 74 cm Rotile Diametru - ≥ 12.5 cm Sistem de blocare - la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale - da Extensia lungimii patului - opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic - ≥ 43 x 43 cm Cintar electronic pacient - da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică - opțională Alimentare - 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică - inclusă antidecubit + accesorii - inclusă	Pat multifuncțional pentru adulți 7 poziții Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Tip - multifuncțional cu 7 poziții Tip pacient - adult Controlul pacientului tip - Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară: 1. poziționare Trendelenburg 2. poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă - Blocarea control pacient - da Greutatea maximă a pacientului - Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă - de la 530mm pana la 800mm Rotile Diametru = 12.5 cm Sistem de blocare - la 4 rotile Parapete de protecție laterale - da Extensia lungimii patului - NU Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic = 77 x 90 cm Cintar electronic pacient - da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică - NU Alimentare - 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică - inclusă antidecubit + accesorii - inclusă	CE, ISO

Numele, Prenumele

În calitate de

Ofertantul

Adresa

Contact

Vlad Chitic
Director executiv
"Lismedfarm" SRL
sos. Muncesti 167/B, Chișinău
022-56-94-91, 022-55-64-38

Reprezentantul solicitantului

Telefonul solicitantului

E-mailul solicitantului

Semnatura

(electronica) ofertantului

Aurelia Botica
022222364
aurelia.botica@capcs.md