

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1604580083721</u> din 19.11.2020				
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire a utilajului radiologic, pentru anul 2021				
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
6	Lotul 6//Gamma cameră Nucline X-Ring-4R, Mediso Medical Imaging Systems - Gamma cameră Nucline X-Ring-4R, Mediso Medical Imaging Systems	<p>Cerințe: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar</p> <p>Lucrări lunare efectuate: mentenanță, calibrare, testare</p>	<p>Cerințe: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar</p> <p>Lucrări lunare efectuate: mentenanță, calibrare, testare</p>	CE/ISO

Semnat: _____
 Numele, Prenumele: Vasile MATEI
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL
 Adresa: MD-2060, Chișinău, str. Cuza-Voda 44, of. 111