

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1591354274747	Data: „19” iunie 2020	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Implante cerebrale și consumabile neurochirurgicale (REPETAT) IMSP Institutul de Medicina Urgenta	Lot:	Pagina: _1_ din _9_

Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT740T	65 740T	Germania	Rebstock	1. Drepte, lungimea brașelor - 7,0-7,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1. Drepte, lungimea brașelor - 7,0-7,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT750T	65 750T	Germania	Rebstock	2. Drepte, lungimea brașelor - 9,0 -9,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2. Drepte, lungimea brașelor - 9,0 -9,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO

33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT760T	65 760T	Germania	Rebstock	3. Drepte, lungimea brașelor - 11,0-11,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	3. Drepte, lungimea brașelor - 11,0-11,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT762T	65 762T	Germania	Rebstock	4. Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2-10,5 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	4. Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2-10,5 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT754T	65 754T	Germania	Rebstock	5. Curbate, lungimea brașelor – 10.2-10.5 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	5. Curbate, lungimea brașelor – 10.2-10.5 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO

33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT764T	65 764T	Germania	Rebstock	6. Curbate, lungimea brașelor - 8,0-8.3 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6. Curbate, lungimea brașelor - 8,0-8.3 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT784T	65 784T	Germania	Rebstock	7. Curbate, lungimea brașelor - 10,3-10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	7. Curbate, lungimea brașelor - 10,3-10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT603T	65 603T	Germania	Rebstock	8. Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 6,1-6.4 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	8. Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 6,1-6.4 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO

33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT613T	65 613T	Germania	Rebstock	9.Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 8,0-8.3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	9.Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 8,0-8.3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT851T	65 851T	Germania	Rebstock	10.Curbate sub unghi 90 - 100 grade, lungimea brașelor - 9,0-9.3 mm; deschiderea brașelor minim 5,6 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	10.Curbate sub unghi 90 - 100 grade, lungimea brașelor - 9,0-9.3 mm; deschiderea brașelor minim 5,6 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT830T	65 830T	Germania	Rebstock	11. Curbate sub forma de carlig, lungimea brașelor - 7,0-7,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	11. Curbate sub forma de carlig, lungimea brașelor - 7,0-7,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO

33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT746T	65 746T	Germania	Rebstock	12. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,0-7.3 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	12. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,0-7.3 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT773T	65 773T	Germania	Rebstock	13. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,8-8,1 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	13. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,8-8,1 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT761T	65 761T	Germania	Rebstock	14. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 11,4-11,7 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	14. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 11,4-11,7 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO

33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT747T	65 747T	Germania	Rebstock	15. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6-8,9 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	15. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6-8,9 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT652T	65 652T	Germania	Rebstock	16. Fenestrate, curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 7,5/10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	16. Fenestrate, curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 7,5/10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT644T	65 644T	Germania	Rebstock	17. Fenestrate, curbate sub unghi 90 grade, lungimea brașelor - 5/6,7 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	17. Fenestrate, curbate sub unghi 90 grade, lungimea brașelor - 5/6,7 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO

33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT262T	65 262T	Germania	Rebstock	18. Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2-10,5 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	18. Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2-10,5 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT284T	65 284T	Germania	Rebstock	19. Curbate, lungimea brașelor - 10,3-10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	19. Curbate, lungimea brașelor - 10,3-10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT247T	65 247T	Germania	Rebstock	20. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6-8.9 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	20. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6-8.9 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO

33100000-1	1	Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT710T	65 710T	Germania	Rebstock	21. Drepte, lungimea brașelor - 5,0-5,3 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	21. Drepte, lungimea brașelor - 5,0-5,3 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT717T	65 717T	Germania	Rebstock	22. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3-6.6 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	22. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3-6.6 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	1	Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT224T	65 224T	Germania	Rebstock	23. Curbate, lungimea brașelor - 5,0-5,3 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	23. Curbate, lungimea brașelor - 5,0-5,3 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO

33100000-1	1	Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT217T	65 217T	Germania	Rebstock	24. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3 -6,6 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	24. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3 -6,6 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO
33100000-1	6	Huse de polietilen protector pentru microscop Pantero 800	E5714G	Olanda	Exact Medical	Huse pentru microscop Zeiss, model Pentero 800. Sterile, din polietilenă. Dimensiuni: latime 115-125 cm; lungime 300 - 320 cm; cadru rigid compatibil cu obiectivul de 65mm sa fie integrat in husa.	Huse pentru microscop Zeiss, model Pentero 800. Sterile, din polietilenă. Dimensiuni: latime 115-125 cm; lungime 300 - 320 cm; cadru rigid compatibil cu obiectivul de 65mm sa fie integrat in husa.	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator



Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301