

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
<p>LOT Nr. 2 : Congelator</p> <p>Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate. Tip: vertical, cu două uși;</p> <p>Volumul camerei interne: -de la 1300 lit până la 1400 lit, inclusiv;</p> <p>Temperatura: - de la minus 25°C până la minus 30°C; - reglabilă; - programabilă; - precizie ± 1°C.</p> <p>Monitorizarea temperaturii: - înregistrare grafică/integrare date termice cu SIA serviciul de sânge; - sistem electronic de control.</p> <p>Panoul de informatii: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; - asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați.</p> <p>Suprafața camerei interne: - din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară.</p> <p>Suprafețele exterioare din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară.</p> <p>Componente obligatorii prezente: - materialul sertarelor oțel inoxidabil; - suprafața perforată pentru circulația aerului; - sertare în număr de 12 - 14 unități, reglabile; - asigurate cu sistem telescopic.</p> <p>Sistemul de răcire: Aer forțat;</p>	<p>MODEL PROPUS: Congelator LF 1400 , Arctiko, Danemarca.</p> <p>Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate. -da; Tip: vertical, cu două uși; -da;</p> <p>Volumul camerei interne: -de la 1300 lit până la 1400 lit, inclusiv; -da; 1361 litri net;</p> <p>Temperatura: - de la minus 25°C până la minus 30°C; -da; -10...-30°C; - reglabilă; -da; - programabilă; -da;</p> <p>- precizie ± 1°C. -da; ± 1°C (declaratie de confirmare de la producator);</p> <p>Monitorizarea temperaturii: - înregistrare grafică/integrare date termice cu SIA serviciul de sânge; -da; se va asigura prin port RS-485 pentru transferul datelor + convertor pentru RJ-45. - sistem electronic de control. -da;</p> <p>Panoul de informatii: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; -da; - asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați. -da;</p> <p>Suprafața camerei interne: - din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. -da; (oțel inoxidabil).</p> <p>Suprafețele exterioare din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. -da; (otel electrozincat/otel inoxidabil).</p> <p>Componente obligatorii prezente:</p>

<p>Sistemul de decongelare automat. Agentul frigorific: Ecologic, aprobat de CE Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz.</p> <p>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM – pentru dispozitive medicale. Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical este destinat pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău, Bălți și Cahul. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2021-2022 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</p>	<p>- materialul sertarelor oțel inoxidabil; -da; - suprafața perforată pentru circulația aerului; -da; - sertare în număr de 12 - 14 unități, reglabile; -da; <i>12 sertare incluse in oferta(item code 5061037-01, doc Pdf „, Stainless steel drawers”);</i> - asigurate cu sistem telescopic. -da;</p> <p>Sistemul de răcire: Aer forțat; -da; Sistemul de decongelare automat. -da;</p> <p>Agentul frigorific: Ecologic, aprobat de CE -da; <i>R290 (document de aprobare CE atasat la oferta);</i></p> <p>Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. -da.</p> <p>-Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -da; -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -da; -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău, Bălți și Cahul. -da; -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. - da; -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție. -da; -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2021-2022. -da; -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. - da; 36 luni.</p>
--	--