

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1655204911732 / 21057152 din: 14.06.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Sterilizator cu aburi orizontal

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Sterilizator cu aburi orizontal	LMQ.C-100E	China	Shinva Medical	Presiunea lucrativă 0,22Mpa. Temperatura arborului până la 135oC Genul curentului electric Alternativ 3 faze Fregvența curentului electric 50 Gț Tensiunea curentului electric 220/380 V ±10% Puterea utilizată 6 KW Volumul camerei sterilizatoare 100 l. Generator de aburi 2 buc.	Sterilizator cu aburi vertical. Presiunea lucrativă 0,22Mpa. Temperatura arborului până la 135oC Genul curentului electric Alternativ 3 faze Fregvența curentului electric 50 Gț Tensiunea curentului electric 220/380 V ±10% Puterea utilizată 6 KW Volumul camerei sterilizatoare 100 l. Generator de aburi 2 buc. 13900-0131215	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51