

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocde-b3wdp1-MD-1732024832803 din 11.12.2024									
Obiectul de achiziție: Achiziția testelor și lancetelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2025									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	1.1	Teste	Teste	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111), ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Teste pentru măsurarea glicemiei: - Corespunzătoare (compatibile cu glucometrului oferat cu titlu gratuit); Cu termen de valabilitate de peste 18 luni de la ziua livrării. Operatorul economic va asigura cu 60 de glucometre cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200. Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația. Metoda Electrochimică . Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL. Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L. Gama hematocritului 25-60 % . Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată. Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu. Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu. Baterie ≥ 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii	Teste pentru măsurarea glicemiei: - Corespunzătoare (compatibile cu glucometrului oferat cu titlu gratuit); Cu termen de valabilitate de peste 18 luni de la ziua livrării. <u>Operatorul economic va dota 60 de glucometre cu titlu gratuit ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214) .</u> Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază), Cod 151200 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei = 0.5 µL Gama de măsurare 1.1-33.3 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare = 10 sec. Ecran LCD obligatoriu. Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu. Memoria numărul de teste = 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu. Baterie internă obligatoriu. Autonomie de la baterie = 1000 teste. Indicator baterie descărcată obligatoriu. Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu. Accesorii, consumabile. Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu. Baterie = 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (acc, dispozitiv de intepare, teste) obligatoriu. Broșura și manualul de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat CE, Certificat ISO; Autorizație; Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM - DM000399134, CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - DM000399183
33100000-1	1.2	Lancete	Lancete	ON CALL® LANCETS (G124-10A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Lancete compatibile cu glucometrele oferate cu titlu gratuit, sterile.	Lancete compatibile cu glucometrele oferate cu titlu gratuit, sterile. Broșura și manualul de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat CE, Certificat ISO; Autorizație, Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000415323

33100000-1	1.3	Dispozitive de înțepare	Dispozitive de înțepare	ON CALL® LANCING DEVICE (G124-11A)	SUA	ACON LABORATORI ES INC.	Dispozitive de înțepare compatibile cu glucometrele oferate cu titlul gratuit.	<u>Dispozitive de înțepare sunt incluse în kitul glucometrului oferat cu titlul gratuit,</u> compatibile cu glucometrul. Broșura și manualul de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat CE, Certificat ISO; Autorizație, Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000395551
------------	-----	----------------------------	----------------------------	--	-----	-------------------------------	---	---	---

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9