

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21000787 din _____ noiembrie 2018

Denumirea procedurii de achiziție : Dispozitive medicale

Nr. de ordine	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
5	33100000-1	Cuptor pentru ceramica	Programat P310+pompa VP3 easy	Germania	Ivoclar	Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice. Indicator digital. Afișaj grafic. Tastatură numerică/. Mișcarea verticală a camerei de încălzire. Programe termice ≥400. Afișarea permanentă Programul termic. Temperatura. Presiunea în camera de lucru. Data, Ora. Parametrii programabili Etapa 1 de uscare - de la 0 - 4000 secunde. Etapa 2 de uscare - de la 10 - 800 secunde. Temperatura de uscare 200 - 800 C°. Viteza de încălzire 2 - 200°C/мин. Temperatura înaltă 300 - 1100C°. Viteza de răcire 30 - 200°C/мин. Temperatura pornirii pompei de vid 200 - 1100C°.	Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice. Indicator digital. Afișaj grafic. Tastatură numerică/. Mișcarea verticală a camerei de încălzire. Programe termice ≥400. Afișarea permanentă Programul termic. Temperatura. Presiunea în camera de lucru. Data, Ora. Parametrii programabili Etapa 1 de uscare - de la 0 - 4000 secunde. Etapa 2 de uscare - de la 10 - 800 secunde. Temperatura de uscare 200 - 800 C°. Viteza de încălzire 2 - 200°C/мин. Temperatura înaltă 300 - 1100C°. Viteza de răcire 30 - 200°C/мин. Temperatura pornirii pompei de vid 200 - 1100C°.	

