



SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742306428908 18.03 2025
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Ionometru / conductometru

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
	33600000-6	LOT 1						
1	33600000-6	Ionometru conductometru	/ C3230 CONSORT	BELGIA	Consort	Canale de măsurare a potențialului electric 2 Canale de măsurare a temperaturii 2 Intervalul de măsurare a pH-ului 0,000...+14,000 pH Puncte de calibrare pH 1 ... 3 puncte Puncte de calibrare Na 1...3 puncte + blanc Intervalul de măsurare a concentrației de ioni 0,01*10-9 g/l...100 g/l Intervalul de măsurare a conductivității electrice 0...20 000 µS/cm Rezistența electrică specifică 0...200 MΩ.cm Intervalul de măsurare a temperaturii 1...+100°C Intervalul de măsurare a potențialului electric -2000...+2000 mV	The C3000 series are all full-parameter multi-channel instruments. 2 channels up to 8 channels with each channel having it's own dedicated measurement hardware without interference between the channels. All values can be displayed simultaneously on the screen. Specifications depending on model Measurement Channels 2 to 8 (max 2 EC channels) Temperature Channels 2 to 6 (max 2 EC channels) pH -10.000...+20.000 pH mV ±2000.0 mV Ion 0.01 ng/l...100 g/l Conductivity 0...2000 mS/cm Resistivity 0...200 MΩ.cm Salinity 0.0...70.0 TDS 0...100.0 g/l Dissolved oxygen 0...60.00 mg/l 0...600% Air pressure 600...1300 hPa Temperature -30.0...+130.0°C Warranty 36 months Made in Belgium	CE ISO

—

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: Michiciuc Gheorghe

07.04 2025

Funcția: Director

Oferatntul: SRL «Mic — Tan»

Adresa: mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38