

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1624351275490 din 29.06.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Instrumente de măsurare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8																																																						
	Set 122 cale plan paralele	s10001	Elvetia	Ultra Präzision	Conform cerintelor	<table><tr><td>Domeniu de aplicare</td><td colspan="3">Preluarea, conservarea și transmiterea unității de măsură alungimii în intervalul de (0-100) mm din componența ETN 06-15</td></tr><tr><td>Interval de măsurare</td><td colspan="3">(0,5 ÷ 100) mm</td></tr><tr><td>Clasa de exactitate</td><td colspan="3">Clasa K conform ISO 3650:2014</td></tr><tr><td>Material</td><td colspan="3">Oțel</td></tr><tr><td colspan="4">Caracteristici ale calelor plan paralele</td></tr><tr><td>Cantitate set</td><td>Lungimea nominală, mm</td><td>Pasul, mm</td><td>Cantitatea</td></tr><tr><td rowspan="7">122</td><td>1,0005</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>1,001÷1,009</td><td>0,001</td><td>9</td></tr><tr><td>1,01÷1,49</td><td>0,01</td><td>49</td></tr><tr><td>0.5/1.0/1.5÷1.9</td><td>0,1</td><td>7</td></tr><tr><td>2÷25</td><td>0,5</td><td>47</td></tr><tr><td>30÷100</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>25, 75</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>Incertitudine de măsurare</td><td colspan="3">Nu mai mare de U = Q[30, 0.2L]nm, L în mm.</td></tr><tr><td>Accesorii</td><td colspan="3">Trusă din lemn cu casete de păstrare separate pentru fiecarecală plan paralelă</td></tr></table>	Domeniu de aplicare	Preluarea, conservarea și transmiterea unității de măsură alungimii în intervalul de (0-100) mm din componența ETN 06-15			Interval de măsurare	(0,5 ÷ 100) mm			Clasa de exactitate	Clasa K conform ISO 3650:2014			Material	Oțel			Caracteristici ale calelor plan paralele				Cantitate set	Lungimea nominală, mm	Pasul, mm	Cantitatea	122	1,0005	-	1	1,001÷1,009	0,001	9	1,01÷1,49	0,01	49	0.5/1.0/1.5÷1.9	0,1	7	2÷25	0,5	47	30÷100	10	8	25, 75	-	2	Incertitudine de măsurare	Nu mai mare de U = Q[30, 0.2L]nm, L în mm.			Accesorii	Trusă din lemn cu casete de păstrare separate pentru fiecarecală plan paralelă			
Domeniu de aplicare	Preluarea, conservarea și transmiterea unității de măsură alungimii în intervalul de (0-100) mm din componența ETN 06-15																																																												
Interval de măsurare	(0,5 ÷ 100) mm																																																												
Clasa de exactitate	Clasa K conform ISO 3650:2014																																																												
Material	Oțel																																																												
Caracteristici ale calelor plan paralele																																																													
Cantitate set	Lungimea nominală, mm	Pasul, mm	Cantitatea																																																										
122	1,0005	-	1																																																										
	1,001÷1,009	0,001	9																																																										
	1,01÷1,49	0,01	49																																																										
	0.5/1.0/1.5÷1.9	0,1	7																																																										
	2÷25	0,5	47																																																										
	30÷100	10	8																																																										
	25, 75	-	2																																																										
Incertitudine de măsurare	Nu mai mare de U = Q[30, 0.2L]nm, L în mm.																																																												
Accesorii	Trusă din lemn cu casete de păstrare separate pentru fiecarecală plan paralelă																																																												

						<table><tr><td>Trasabilitate</td><td>Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de DAKKS</td></tr><tr><td>Training</td><td>Se va asigura training pentru minium două persoane pentru mentenanta si utilizarea calelor</td></tr><tr><td>Garanție</td><td>2 ani din data punerii în funcțiune.</td></tr><tr><td>Documentați e</td><td>Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.</td></tr></table>	Trasabilitate	Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de DAKKS	Training	Se va asigura training pentru minium două persoane pentru mentenanta si utilizarea calelor	Garanție	2 ani din data punerii în funcțiune.	Documentați e	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.	
Trasabilitate	Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de DAKKS														
Training	Se va asigura training pentru minium două persoane pentru mentenanta si utilizarea calelor														
Garanție	2 ani din data punerii în funcțiune.														
Documentați e	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.														

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau