

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1734609938825 din 30.12.2024						
Obiectul de achiziție: Reactivi de laborator și consumabile medicale anul 2025						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 5						
Reactivele pentru cercetarea sistemului de hemostază la coagulometru Teco Coatron X Pro (sistem închis)						
Set pentru determinarea TP pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A0230-040	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Flacoane cu PT-reagent liofilizat , ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu PT-reagent liofilizat , ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Set pentru determinarea fibrinogenului după Clauss pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A0511-020	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 40 teste. Ambalaj 10x2 ml (400 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 40 teste. Ambalaj 10x2 ml (400 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
IBS Buffer pentru fibrinogen pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A0590-125	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste	Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Plasma de control normală umană pentru controlul calității protrombinului și fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro	P6001-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Plasma de control patologică umană pentru controlul calității protrombinului și fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro	P6101-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	24 100 00	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 7. Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	GEFOB-602b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test tip bandă cu metoda imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni.	Test tip bandă cu metoda imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9