

ICS "TehGaz Grup" SRL

MD-2069, or. Chişinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 4345

pentru oxigen medicinal in stare gazoasa

Partida №: 0804


Numarul cisternei LITK 5/0.25

Masa neta 2 butelii

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentratia de O ₂ , in %, nu mai putin de	99,5	99.9
2	Concentratia vaporilor de apa, in %, nu mai mult de	0.009	0.0002
3	Concentratia de H ₂ , in %, nu mai mult de	Nu se testeaza	-
4	Concentratia de CO ₂ , nu mai mare	0.01	0.005
5	Continutul de CO	Retinut conform aliniatului 3.6	Retinut
6	Continutul de acizi	Retinut conform aliniatului 3.7	Retinut
7	Continutul de O ₃ şi alte gaze oxidative	Retinut conform aliniatului 3.8	Retinut
8	Continutul de baze	Nu se testeaza	-
9	Prezenta mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Farmacist-diriginte:



Data: 23.07.2020

Laboratorul Secţiei de Producere

