

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul licitației	ocds-b3wdp1-MD-1578503242384
Denumirea licitației	Reagenți de laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 10 Hormonii glandei tiroide						
336965 00-0	T3 liber (cantitativ)	DS-EIA-TYROID-T3 free	Rusia	DS	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%, specif.100%,cu calibratori si proba de control. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitarea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator	1 set – 96 teste	ISO, CE
336965 00-0	T4 liber (cantitativ)	DS-EIA-TYROID-T4 free	Rusia	DS	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100% ,specif.100%,cu calibratori si proba de control. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitarea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator	1 set – 96 teste	ISO, CE
336965 00-0	TSH (cantitativ)	DS-EIA-TYROID-TSH	Rusia	DS	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%, specif.100%,cu calibratori si proba de control. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului	1 set – 96 teste	ISO, CE

					in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni. Pentru evitarea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator		
336965 00-0	Anti TPO (cantitativ)	DS-EIA- TYROID- ANTI-TPO	Rusia	DS	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%, specif.100%,cu calibratori si proba de control. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitarea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator	1 set – 96 teste	ISO, CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Valiuh Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FPC”Decebal Impex”SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. Ismail 100/2, of. 44**