

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1703576427108	Data: 17/01/2024	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:	Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile a.2024		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
33696 500-0	15	Lotul - 15 - Test rapid de diagnostic HIV 1/2	Lotul - 15 - Test rapid de diagnostic HIV 1/2	Test Rapid Anticorpi HIV 1/2 (Codul produsului: ITPW02153-TC40)	China	INTEC PRODUCTS, INC.	Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV 1/2 la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 98% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precalificate de OMS. Produsul oferat trebuie să fie diferit de Testul de alternativă 1 și 2 desemnati castigatori în cadrul Programului Național HIV pentru anul 2024.	Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV 1/2 la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). (IFU, pagina 1). Durata testării 20 minute.(IFU, pagina 2). Sensibilitatea la HIV 100%(IFU, pagina 4). Specificitatea la HIV 100%(IFU, pagina 5). Testul este precalificat de OMS. Produsul oferat este diferit de Testul de alternativă 1 și 2 desemnati castigatori în cadrul Programului Național HIV pentru anul 2024.	DM000379834

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23