

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Formularul 4.1 conform OMF175/2018 din 05.10.2018

Autoritatea contractanta	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1610526667942
Denumirea procedurii de achiziție	Achiziționarea Echipamentelor de protecție LISTA DE BAZĂ pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021

Cod CPV	Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Măști medicale	SJ05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	<p>Material neșesut, trei straturi, cu pliuri. Nu va conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergica. Fixare cu elastic. Să permită respirația fără efort. Să fie clar identificată partea internă și externă a măștii Filtrarea bacteriilor (BFE) min 98%, confirmată prin certificat și/sau raport de testare. Adaptabilă la forma feței, cu bară din metal pentru nas. Ambalare până la 100buc, nesterile. Măștile medicale să corespundă standardelor recomandate de OMS, și anume confirmarea deținerii ASTM F2100, sau EN 14683, sau un standard echivalent. *Toate specificațiile sus - menționate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *</p> <p>Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucțiunea se utilizează a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu semnătura electronică</p>	<p>Material neșesut, trei straturi, cu pliuri. Nu va conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergica. Fixare cu elastic. Să permită respirația fără efort. Să fie clar identificată partea internă și externă a măștii (prin culoarea măștii). Filtrarea bacteriilor (BFE) min 98%, confirmată prin certificat și/sau raport de testare. Adaptabilă la forma feței, cu bară din metal pentru nas. Ambalare 50buc./cutie, nesterile. Corespunde EN 14683:2019, unul din standardele recomandate de OMS. Specificațiile confirmate de producător (anexat), modelul indicat în F4.1. Poza produsului, instrucțiunea de utilizare anexate.</p>	CE, ISO

33100000-1	5	Respiratoare	SJ12	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă. Capacitatea de filtrare min. 94% (de ex. N95/N99/N100FFP2/FFP3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipește de gură (de exemplu nas de rată, cu cupă, ș.a). De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: Europe (EN 149) sau USA (NIOSH CFR PART 84) sau echivalentul acestora cu prezentarea actelor confirmative.*Toate specificațiile sus - menționate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronic.)	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă. Capacitatea de filtrare min. 95% (FFP2). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipește de gură. De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Corespunde GB2626-2019 , unul din standardele recomandate de OMS (anexat). Specificațiile confirmate de producător (anexat), modelul indicat în F4.1. Poza produsului este anexată.	CE, ISO
------------	---	--------------	------	-------	--------------------------------	--	--	---------

Numele, Prenumele
În calitate de

Ecaterina Chitic
Director

Reprezentantul solicitantului
Telefonul solicitantului
E-mailul solicitantului

Mariana Jantuan
+ 373 022 222 364
mariana.jantuan@capcs.md

Ofertantul
Adresa
Contact

"Lismedfarm" SRL
sos. Muncesti 167/B, Chișinău
022-56-94-91, 022-55-64-38

Semnatura
(electronica) ofertantului
