

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1781158185526 din 03.07.2026						
Obiectul de achiziției: Veselă de laborator (sticlă și unică folosință)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 124. Lingura spatula termorezistentă pentru reactivi	LA007	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Termorezistentă	Termorezistentă. Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO
Lot 234. Anza sterilă din polisterol în forma de "L"	318290	Italia	SYNTESYS S.R.L.	Bucata= 1 ansă în ambalaj individual, sterilă	Bucata= 1 ansă în ambalaj individual, sterilă	Declaratie de Conformitate CE, Certificat ISO
Lot 236. Anză sterilă din polistirol, 10 mkl	318288	Italia	SYNTESYS S.R.L.	Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterilă	Bucata= 1 ansă, ambalaj- 20 unități în ambalaj unic, sterilă	Declaratie de Conformitate CE, Certificat ISO
Lot 241. Container steril pentru colectarea maselor fecale cu lingurița, capac filetat, cu etichetă	313320	Italia	SYNTESYS S.R.L.	Bucata= 1 container în ambalaj individual, steril, volum 30-35 ml	Bucata= 1 container în ambalaj individual, steril, volum 30 ml	Declaratie de Conformitate CE, Certificat ISO
Lot 244. Cutii Petri de polistirol sterile, Ø 90 mm, ventilat triple (triple vents) comparabil cu media dispenser Systec	318246	Italia	SYNTESYS S.R.L.	Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile Cutii Petri- Bază: external diametr 89±0,5mm, external înălțime 14,5±1mm Acoperi: external diametr 92,5±1mm, external înălțime 8,2±1mm Înălțime bază+acoperi 15,9±2mm	Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 20 unități în ambalaj unic, sterile Cutii Petri- Bază: external diametr 89 mm, external înălțime 14,5mm Acoperi: external diametr 92,30 mm, external înălțime 8,60 mm Înălțime bază+acoperi 16,1 mm. Fișierul tehnic se anexează.	Declaratie de Conformitate CE, Certificat ISO
Lot 261. Nichrome Loop-D-1; (LA021-10x10NO)	LA021	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Diameter 1,3 mm, double woud, calibrated to 1 mcl;	Diameter 1,3 mm, double woud, calibrated to 1 mcl. Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO
Lot 262. Nichrome Loop-D-2; (LA020-5x10NO)	LA020	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Diameter 2 mm, double woud, calibrated to 0,005 mcl;	Diameter 2 mm, double woud, calibrated to 0,005 mcl. Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO
Lot 263. Nichrome Loop-D-4; (LA019-5x10NO)	LA019	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Diameter 4 mm, double woud, calibrated to 0,01 mcl;	Diameter 4 mm, double woud, calibrated to 0,01 mcl. Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO
Lot 272. Riglă pentru măsurarea zonelor sensibilității la antimicrobiene	PW096	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Riglă pentru măsurarea zonelor sensibilității la antimicrobiene	Riglă pentru măsurarea zonelor sensibilității la antimicrobiene. Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO

Lot 286. Tuburi din polisteren transparente 5 ml (12x75mm) pentru VITEK DENSICHEK	318056	Italia	SYNTESYS S.R.L.	bucata= cutie a cite 1000 unitati, tub din polipropilen cilindric "Sorvall CW1"	bucata= cutie a cite 1000 unitati, tub din polipropilen cilindric "Sorvall CW1"	Declaratie de Conformitate CE, Certificat ISO
---	--------	--------	-----------------	---	---	---

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9