

**Certificat de calitate №5781**  
**pentru oxygen in stare gazoasa**  
**ISO 2046-2017**

**Beneficiarul: Cet-Nord SRL**  
**Numar butelii: 440**

<b>№</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Document normativ ISO 2046-2017</b>	<b>Rezultatele analizei</b>
<b>1</b>	Concentratia de O <sub>2</sub> , in %, nu mai putin de	99.7	99.91
<b>2</b>	Concentratia vaporilor de apa, in %, nu mai mult de	0.009	0.007
<b>3</b>	Concentratia de H <sub>2</sub> , in %, nu mai mult de	nu se testeaza	-
<b>4</b>	Concentratia de CO <sub>2</sub> , nu mai mare	0.01	0.003
<b>5</b>	Continutul de CO	retinut conform aliniatului 3.6	retinut
<b>6</b>	Continutul de acizi	retinut conform aliniatului 3.7	retinut
<b>7</b>	Continutul de O <sub>3</sub> si alte gaze oxidante	retinut conform aliniatului 3.8	retinut
<b>8</b>	Continutul de baze	nu se testeaza	-
<b>9</b>	Prezenta mirosului	absent	abs

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform ISO 2046-2017**

**Inginer superior,**

**Bulban V.**



**Data: 22.03.2024**