

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1782355776143 din 6 iul 2026, 10:00 - 29 iul 2026, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	7	Lot-7- Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți	Brain Quick	Italia	Micromed/Natus	"Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua la nou-născuți Specificația tehnică: Aplicații: Diagnosticul EEG Monitorizarea EEG PSG (Polysomnography) LTM (Long Term Monitoring) Electroencefalografia Altele Numărul de canale EEG ≥32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz>200 Display: Funcția freez Afișare derivații ≥32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real Verificarea impedanței electrodului: Automată Filtru de rejecție comună, dB: 100 la 50 Hz Impedanța preamplificatorului, Mohm: ≥ 10 Calibrarea Automată Rata de calibrare selectată de utilizator da	Da, Brain Quick, Micromed/Natus, ltm.pdf, Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Specificația tehnică: Aplicații: • Diagnosticul EEG , Da • Monitorizarea EEG , Da • PSG (Polysomnography), Da • LTM (Long Term Monitoring) , Da • Electroencefalografia, Da • Altele , vEEG, Ambulatory, EMG, EP si IOM ltm.pdf pag2-3, bq.pdf, pag 5 Numărul de canale EEG ≥32, ltm.pdf, pag 5 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24, ltm.pdf, pag 3 Gama frecvenței de lucru, Hz>200, 16 kHz, ltm.pdf, pag 3 Display: • Funcția freez, “Start, Save, Pause and stop de acquisition”, pag. 99 um.pdf • Afișare derivații ≥32, Pag 135-136, um.pdf, Se vad pe imagine 4 coloane(paneluri) cate 26 de derivatii pe	DM000426491 DM000426496 DM000426498

					Detectarea și interpretarea datelor Alarmer Video digital: Camera tip IR LTM minim. SD Sincronizarea cu EEG Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Camera amplasată pe stativ separat Fotostimulator amplasat pe stativ separat Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separate Interfață de ieșire I/O auxiliare SISTEM PC: CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de operare licențiat Tip de stocare: HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; Printer Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru Accesorii: Masa de lucru pe support mobil pentru amplasarea unității de lucru Stative pentru amplasarea modulelor: Pentru fotostimulator, camera, modul de colectare a semnalelor Chituri de interconectare a modulelor Caciulite pentru pacient nou nascut, pediatric Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita, Caciulite pentru fiecare categorie de pacient: minim2 "	coloana(panel). Dispozitivul permite cel puțin 104 derivații pe ecran.. • Dimensiuni ≥ 20 inci, Da, ME2701, dimensiune 27", monitor.pdf • EEG în timp real, Da Verificarea impedenței electrodului: Automată, ltm.pdf, pag 3 Filtru de rejecție comună, dB: 100 la 50 Hz, CMRR, aplicator.pdf Impedența preamplificatorului, Mohm: $\geq 10^9 \square$,Inpund impedance, aplicator.pdf Calibrarea adițională nu este necesară Da, Detectarea și interpretarea datelor, brain mapping (BM), potențiale evocate(EP), analiza spectrală(aEEG), bq2.pdf, pag 1 Alarmer Video digital: • Camera tip IR • LTM • minim. SD • Sincronizarea cu EEG • Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h, Da, cu posibilitate de startare a unei înregistrări noi fiecare 24 ore in mod automat. Camera amplasată pe stativ separat Camera.pdf, CAMERA IP HD PRO -> FullHD Color Video Camera with PTZ Control (Pan, Tilt, Zoom) and Automatic IR, IR -> Infrarosu. Camera.pdf Fotostimulator amplasat pe stativ separat In fisierul photic.pdf, este aratat fotostimulatorul ofertat, de tip LED, amplasat pe stativ separate cu rotile Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separate , Da Interfață de ieșire I/O auxiliare, Auxiliary serial port, aplicator.pdf SISTEM PC: SISTEM PC CPU Da, Intel i7 2.1 GHz sau mai rapid, 16Gb RAM, 1TB HDD, Windows 11 licența, mouse și tastatura	
--	--	--	--	--	--	---	--

33100 000-1	12	Lot-12- Cardiomonitor fetal, Doppler	29480	Italia	Gima	Cardiomonitor fetal, Doppler Măsurare precisă, 1.Ecranul TFT de min 2,0 inchii afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; 2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; 3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; 4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 2.0MHz-3.0MHz; 5. Detectarea și indicarea sondei oprite; 6. Luminozitate și volum reglabile 7. Baterii reincarcabile ,cablu de conctare la 220V	Cardiomonitor fetal, Doppler Măsurare precisă, 1.Ecranul TFT de min 1,77 inchii afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; 2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; 3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; 4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 2.0MHz(29481)-3.0MHz(29482); 5. Detectarea și indicarea sondei oprite; 6. volum reglabil; 7. Baterii	CE/ISO
33100 000-1	16	Lot-16- Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilă	EXCELL 400 MCDS	Italia	ALSA APPARECC HI MEDICALI S.R.L	Diatermocoagulator (pentru endoscopia flexibilă) Tip: Combinat, cu regimuri endoscopice Puterea maximă minim 400W; Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere; Tăiere cu coagulare; Tăiere intensificată cu coagulare; Coagulare; Coagulare,,Autostop"; Coagulare intensificată; Fulgurație; Coagulare prin pulverizare (spray); Bipolar: Coagulare; Tăire cu coagulare; Coagulare cu disecție; Coagulare,,Autostop"; Coagulare,,Autostart-Stop"; Regimuri dedicate pentru endoscopia flexibilă în modurile de tăiere și coagulare Sursa de alimentare: 220V,50Hz Accesorii: Culit endoscopic (oplional) - 1 buc; Electrod neutru din cauciuc cu cablu de conectare la coagulator - 1 buc	EXCELL 400 MCDS Diatermocoagulator (pentru endoscopia flexibilă) Tip: Combinat, cu regimuri endoscopice Puterea maximă 400W; pag 4, coag.pdf Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere: Pure - pag 2, coag.pdf Tăiere cu coagulare: Blend 1 , pag 2, coag.pdf Tăiere intensificată cu coagulare: Blend 2, pag 2, coag.pdf Coagulare: Pinpoint Contact, pag 2, coag.pdf Coagulare,,Autostop": Soft, , pag 2, coag.pdf Coagulare intensificată: Fulg forced, pag 2, coag.pdf Fulgurație: Fulg forced, pag 2, coag.pdf Coagulare prin pulverizare (spray): Spray, pag 2, coag.pdf Bipolar: Coagulare; Tăire cu coagulare: Pure, pag 2, coag.pdf Coagulare cu disecție: Blend, pag 2, coag.pdf Coagulare,,Autostop": Micro/MicroAuto, , pag 2, coag.pdf Coagulare,,Autostart-Stop": Micro/MicroAuto, , pag 2, coag.pdf Regimuri dedicate pentru endoscopia flexibilă în modurile de tăiere și coagulare: ENDO, pag 2, coag.pdf	DM0000517 54

							Sursa de alimentare: 220V,50Hz, pag 3, coag.pdf Accesorii: NP/GA, Electrode neutru din cauciuc cu cablu de conectare la coagulator - 1 buc, pag. 5, coag.pdf DS/E, pedala dubla	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**