

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1653050461322 din 20 05 2022						
Obiectul de achiziție: Biodistructive pentru sterilizarea endoscoapelor (IMSP SCM Sf.Treime; 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sterilizarea chimică a videoendoscoapelor	Sekusept Activ	Germnia	Ecolab	Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare videoendoscoapelor) Virucidă EN 14476, Bactericidă EN 14561, Fungicidă/ levurucidă EN 14562, Tuberculocidă/mycobactericidă EN 14348, Sporidică EN 13704 Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale , până la deschiderea ofertelor. *Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. *Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. *Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Cerințe tehnice: Substanța activă –pe bază de percarbonat de sodiu, enzime, inhibitori de coroziune (fără activatori) ambalaj-pînă la 5 kg, produse compatibile pentru endoscoapele Olympus, Wolf, Fujitsu. Valabilitatea soluției de lucru minim 24 ore. Expoziția pînă la 10 min. Termen de valabilitate a produsului nu mai puțin de 2 ani. Se va prezenta extras din cataloagele producătorilor de endoscoape sus numite unde este menționat că substanțele active ale dezinfectantului oferit sunt acceptate pentru dezinfecția/sterilizarea endoscopului și a opticii.	Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare videoendoscoapelor) Virucidă EN 14476, Bactericidă EN 14561, Fungicidă/ levurucidă EN 14562, Tuberculocidă/mycobactericidă EN 14348, Sporidică EN 13704 Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale , până la deschiderea ofertelor. *Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. *Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. *Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Cerințe tehnice: Substanța activă –pe bază de percarbonat de sodiu, enzime, inhibitori de coroziune (fără activatori) ambalaj-pînă la 5 kg, produse compatibile pentru endoscoapele Olympus, Wolf, Fujitsu. Valabilitatea soluției de lucru minim 24 ore. Expoziția pînă la 10 min. Termen de valabilitate a produsului nu mai puțin de 2 ani. Se va prezenta extras din cataloagele producătorilor de endoscoape sus numite unde este menționat că substanțele active ale dezinfectantului oferit sunt acceptate pentru dezinfecția/sterilizarea endoscopului și a opticii.	CE,ISO

Semnat:23 05 2022 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova; or. Durlăști; Str. Vasile Lupu; Nr.6

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1653050461322 din 20 05 2022								
Obiectul de achiziției: Biodistructive pentru sterilizarea endoscoapelor (IMSP SCM Sf.Treime; 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1)								
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/servicii							
	Lotul 1							
33600000-6	<i>Sterilizarea chimică a videoendoscoapelor.</i>	Litru	7000	6,00	6,48	42000,00	45360,00	, în decurs de 5 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime. Perioada 01.06.2022 – 31.12.2022.
	Total lot 1							
	TOTAL					42000,00	45360,00	

Semnat: 23 05 2022 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova; or. Durlăști; Str. Vasile Lupu; Nr.6