

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 111 /26 din 16.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea contractante	autorității	Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate		Republica Moldova
IDNO		1006601001229
Adresa		mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon		022-25-24-78 25-23-57 25-23-00
Număr de fax		022 25 22 09
E-mail		denis.neghina@army.md
Adresa de internet		https://army.md
Persoana de contact		DENIS NEGHINA

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație Deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Echipament medical oftalmologic pentru Spitalul Clinic Militar Central
Cod CPV	33122000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1781683029674
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1781683029674?tab=contract-notice
	Data: 17.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
	-
Anunț de intenție publicat în BAP	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	-
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (MDL, fără TVA)	840 333,33

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Data: 20 iunie 2026, 15:55 Subiectul întrebării: SOLICITARE DE CLARIFICARE ȘI MODIFICARE A CAIETULUI DE SARCINI
--	--

**Expunerea succintă a
răspunsului
Data transmiterii**

Întrebare:

În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în calitate de operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție menționată mai sus, Vă solicităm respectuos examinarea următoarelor clarificări și modificări ale specificațiilor tehnice, în scopul asigurării principiilor de transparență, tratament egal și liberă concurență:

1. Privitor la cerința: „modul miopie”:

În caietul de sarcini se solicită includerea unui „modul miopie”. Scopul principal al echipamentului solicitat pentru Spitalul Clinic Militar Central este chirurgia cataractei și biometria avansată, nu screening-ul miopiei pediatrice în masă. Limitarea participării doar la echipamentele care dețin un modul software cu denumirea comercială exactă de „management al miopiei” restricționează nejustificat accesul altor tehnologii de top mondial bazate pe Swept-Source OCT. Tehnologia SS-OCT măsoară nativ lungimea axială cu precizie microscopică, oferind datele clinice complete necesare pentru orice pacient (inclusiv miopi).

Solicitare: Vă rugăm să clarificați dacă cerința „modul miopie” poate fi demonstrată prin capacitatea hardware și software a echipamentului de a măsura cu precizie micrometrică lungimea axială (AL) la pacienții cu miopie forte și de a exporta aceste date, fiind acceptate ca echivalente sistemele care folosesc algoritmi avansați de analiză a segmentului anterior fără un modul software pediatric separat.

2. Privitor la cerința: „Date interfață calculare LIO: Holladay IOL Consultant, PhacoOptics”

Sistemele moderne de biometrie de ultimă generație includ deja integrat direct în software-ul lor de bază (nativ) cele mai avansate formule de calcul din lume, eliminând necesitatea achiziționării sau interfațării cu programe externe plătite.

Solicitare: Pentru a nu limita concurența, Vă rugăm să modificați această cerință în: „Echipamentul va deține software integrat nativ pentru calculul LIO cu formule de ultimă generație (ex. Barrett, Hill-RBF sau echivalent) și va permite exportul datelor în formate standard (ex. PDF, DICOM, CSV/XML) pentru integrarea cu sisteme informatice medicale sau software-uri terțe de calcul”.

3. Privitor la tehnologia de Topografie Corneeană solicitată:

Pentru a asigura obținerea unui echipament cu performanțe clinice maxime pentru instituția Dumneavoastră, tehnologia de topografie bazată pe Swept-Source OCT completă (Clasa A, care analizează atât suprafața anterioară, cât și cea posterioară a corneei pe un diametru extins de până la 12 mm, generând hărți de elevație reale) oferă o precizie superioară keratometriei clasice în zone fixe. Solicitare: Vă rugăm să confirmați că se acceptă și sunt considerate echivalente sau superioare sistemele care oferă o topografie corneeană completă (hărți de elevație și curbura pe ambele fețe ale corneei – anterioară și posterioară) pe un diametru extins de minim 11-12 mm, chiar dacă metoda de achiziție a datelor și hărților diferă de modelul descris în mod îngust în caietul de sarcini.

Considerăm că acceptarea acestor clarificări/modificări va permite participarea mai multor producători de top mondial, asigurând utilizarea eficientă a banilor publici prin obținerea celui mai bun raport calitate-preț în condiții de concurență loială.

Răspuns (22 iunie 2026, 13:24):

Bună ziua.

În urma examinării solicitării Dumneavoastră privind clarificarea și modificarea unor cerințe tehnice din caietul de sarcini, Vă comunicăm următoarele:

1. Privitor la cerința „modul miopie”

Prin cerința „modul miopie” se are în vedere capacitatea echipamentului de a efectua măsurători biometrice precise, inclusiv măsurarea lungimii axiale, necesare pentru evaluarea pacienților cu miopie și miopie forte.

Se acceptă echipamente care demonstrează funcționalități echivalente, indiferent de denumirea comercială a modulului, cu condiția ca acestea să asigure măsurarea lungimii axiale cu precizie micrometrică și exportul datelor obținute. Astfel, cerința se consideră îndeplinită și de echipamentele care nu dețin un modul software separat intitulat exact „management al miopiei”, dar care oferă funcționalități clinice echivalente.

	2. Privitor la cerința „Date interfață calculare LIO: Holladay IOL Consultant, PhacoOptics” Se acceptă echipamente care dispun de software integrat nativ pentru calculul lentilelor intraoculare, cu formule moderne și validate clinic pentru calculul LIO. Se acceptă ca echivalentă prezența unor formule de ultimă generație, precum Barrett, Hill-RBF, Kane, Holladay sau alte formule echivalente, cu posibilitatea exportului datelor în formate standard, inclusiv PDF, DICOM, CSV/XML sau alte formate compatibile cu sistemele informatice medicale. Prin urmare, nu este obligatorie interfațarea exclusivă cu programele Holladay IOL Consultant sau PhacoOptics, dacă echipamentul oferă funcționalități integrate echivalente sau superioare pentru calculul LIO. 3. Privitor la tehnologia de topografie corneană solicitată Clarificăm faptul că se acceptă sisteme care oferă topografie/tomografie corneană completă, cu analiza suprafeței anterioare și posterioare a corneei, generarea hărților de elevație și curbura, pe un diametru extins de minimum 11–12 mm. Se acceptă tehnologii echivalente sau superioare celei indicate în caietul de sarcini, inclusiv sisteme bazate pe Swept-Source OCT sau alte tehnologii moderne, cu condiția ca acestea să asigure date clinice complete și precise necesare diagnosticului și planificării chirurgicale. Menționăm că scopul cerințelor tehnice este obținerea unui echipament performant, necesar activității clinice și chirurgicale a instituției, fără a favoriza un anumit producător sau model comercial. În consecință, se acceptă echipamente echivalente sau superioare, care îndeplinesc funcționalități clinice solicitate, chiar dacă denumirile comerciale ale modulelor sau tehnologiilor diferă de cele menționate în caietul de sarcini.
Denumirea operatorului economic	SIA RSAP

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	-

5. Până la termenul-limită (data 17.06.2026, ora 10:00), a fost depusă o singură ofertă:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
Lensess Grup SRL	1003600069773	Pereteatcu Alina

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Lensess Grup SRL
Documentele ce constituie oferta	
Propunerea tehnică	+
Propunerea financiară	+
Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	+
DUAЕ - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	+
Cererea de participare	+
Declarație privind valabilitatea ofertei	+
Documente de calificare	
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+

Certificat de atribuire a conturilor bancare	+
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	+
Documente tehnice ale produsului	+
Certificat /Declarație de conformitate, CE sau ISO conform specificațiilor tehnice, de la producător	+
Formularul de autorizare a producătorului	+
Dovezi privind calitatea produselor	+
Declarație de garanție	+
Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE)	+

Constatări/Comentarii: -

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA, lei	Prețul ofertei (fără TVA)	Denumirea operatorului economic	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Sistem de biometrie optică și topografie corneană cu pahimetria cu accesorii	set	1	840333,33	832000,00	Lensess Grup SRL	+	+

Constatări/Comentarii:

Pentru lotul nr.1 Sistem de biometrie optică și topografie corneană cu pahimetria, cu accesorii, unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic Lensess Grup SRL. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic, s-a constatat că aceasta corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire și se propune de a fi desemnată câștigătoare.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
09.07.2026	Lensess Grup SRL	documentele de calificare și clarificări asupra specificațiilor tehnice	a prezentat informațiile solicitate

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu a fost

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis,

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Denumirea operatorului economic	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1	Sistem de biometrie optică și topografie corneană cu pahimetria cu accesorii	set	1	Lensess Grup SRL	832000,00	832000,00	998400,00

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost.

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Stanislav POJAR	Președintele grupului de lucru	
2	Grigore RAȚA	Membrul grupului de lucru	
3	Eugen CARAGEA	Membrul grupului de lucru	
4	Denis NEGHINA	Membrul grupului de lucru	
5	Ana STRATAN	Membrul grupului de lucru	
6	Ion PÎSLARU	Membrul grupului de lucru	
7	Olga CONOVALOVA	Secretarul grupului de lucru	
8	Tatiana POALELUNGI	Expert, reprezentant al solicitantului (SCMC)	