

# ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический одноразового применения для контроля процессов стерилизации

"Медтест"-121°С/20 мин

ИРИМ.932821.005 ТС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многоперемешные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2009/05786 от 14.12.2017

Серия №

030319

03 2019

ТУ 9398-008-53262326-2009


Дата изготовления

030319	03 2019
--------	---------

Испытания, проверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

применения.

Заключение: Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-008-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью



Начальник ХТУ

М.А. Воронницкая

Комплектацию в соответствии

с заказ - нарядом проверки

Начальник производства

И.Н. Нецаева

А.Е. Хорев

# ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический одноразового применения  
для контроля процессов стерилизации

"МедТест"-121°С/20 мин

НРИМ.932821.005 ТС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многоразовые)

Номер гос. регистрации №ФСР 2009/05786 от 14.12.2017

Серия №

100319

Дата изготовления


03 2019

TY 9398-008-53262326-2009

Испытания, проверки проведены в объеме приема-сдаточных испытаний

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, TY 9398-008-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.



Начальник ХТУ

М.А. Воронницкая

Комплектацию в соответствии

с заказ - нарядом поверки  
Начальник упаковочного участка

И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил  
Начальник производства

А.Е. Хорев