

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1773752800492 din 17.04.2026

Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice (Sistem radiologic digital DR pentru uz general, cu bucky vertical și suspensie/coloană port-tub fixată pe podă și Sistem de raze X 3D, dentar (CBCT))

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă					Specificația tehnică propusă de operatorul economic						Înregistrare AMED	
						Caracteristici	Sub-criteriu	Minim	Maxim / Acceptat	Observații / confirmare	Accesoriile indispensabile (minim)	Caracteristică	Sub-criteriu	Minim	Maxim / Acceptat	Observații / confirmare		Accesoriile indispensabile (minim)
1	2	3	4	5	6					7						8		
33100000-1	1	Sistem radiografic digital DR pentru uz general, cu bucky vertical și suspensie/coloană port-tub fixată pe podă				Caracteristici	Sub-criteriu	Minim	Maxim / Acceptat	Observații / confirmare	Accesoriile indispensabile (minim)	Caracteristică	Sub-criteriu	Minim	Maxim / Acceptat	Observații / confirmare	Accesoriile indispensabile (minim)	ISO 13485; ISO 9001; EU CE
						Configurație generală (DR fix, uz general)	Mod radiologic	Digital (DR)		Sistem pentru radiografie generală; fără fluoroscopie.		Configurație generală (DR fix, uz general)	Mod radiologic	Sistem complet DR		Villa Sistemi Medicali DR System Moviplan iC TA	- da, vezi 1. Product data Moviplan iC TA pag 1-7. - da, vezi 2. Product data G100 NL-65F DR pag.1-3 - da, vezi 3. Product data TUB RTC 700 HS pag.1-18 - da, vezi 4. Product data VDX Next System 4343VW pag.1-13 - da, vezi 5. Product data Moviplan iC BF-BA/TF-TA pag 1-7 - da, vezi 6. Broșura Moviplan iC pag 1-7	
					Componente principale		Generator HF + tub RX + colimator + suspensie port-tub fixată pe podă + masă pacient + stativ/bucky vertical + stație achiziție		Sistem complet integrat; sincronizare automată între componente.		da, vezi 1. Product data Moviplan iC TA pag.1; da,vezi 2. Product data G100 NL-65F DR pag.1; da,vezi 4. Product data VDX Next System 4343VW pag.1 da, vezi 5. Product data Moviplan iC BF-BA/TF-TA pag 1-7 - da, vezi 6. Broșura Moviplan iC pag 1-12							
					Detectoare		2 detectoare digitale wireless		Utilizare: masă + bucky vertical + utilizare liberă (portable) acceptat.		da, vezi 1. Moviplan iC TA pag.1; da,vezi 2. G100 pag.1; vezi 3. TUB RTC 700 HS pag.3; vezi 4. VDX Next pag.1							
					Generator de raze X (înalță frecvență)	<i>Să se indice modelul oferit</i>						Generator de raze X (înalță frecvență)	<i>Să se indice modelul oferit</i>	Generator de raze X înaltă frecvență		G100 NL-65F DR	- da, vezi 2. Product data G100 NL-65F DR pag.1-3	
						Putere generator	≥60 kW	≤80 kW (acceptat)	Se acceptă puteri mai mari.		2 buc. Varex 4343W CsI PREMIUM Utilizare: masă + bucky vertical + utilizare liberă (portable) acceptat						da, vezi 4. Product data VDX Next System 4343VW pag.1-3	
						Domeniu tensiune	40...150 kV		kV selectabil.									
						Domeniu curent	10...600 mA	10...800 mA (acceptat)		Intervale mai largi acceptate.			Putere generator	≥60 kW	65 kW	Se oferă putere mai mare.	da, vezi 2. Product data G100 NL-65F DR pag.1	

