

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție:	LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1777453151767 / 21613654 din 22.05.2026	Alternativa nr.: 1
Obiectul de achiziție:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Stan-darde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	9	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	MP05785	Germania	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult, Tip filtru: mecanic / HEPA, Rata de filtrare ≥ 99,999%, Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H ₂ O, Volum compresiabil ≤ 90 ml, Port luer lock obligatoriu, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F, Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1, Ambalaj individual, Bucată	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilare și anestezie, pacientilor, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresiabil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienti. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic, asamblat in conditii curate conform EN14644-1. Port Luer p/u proba de CO ₂ . Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653565 , nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100000-1	10	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	MP05820	Germania	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011), Tip pacient: Neonatal, Volum tidal minimal ≤ 30 ml, Rata de filtrare ≥ 99,9%, Volum compresiabil ≤ 11 ml, Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l, Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l, Port luer lock obligatoriu, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată	Filtru HME TwinStar 9 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/nou-născuți, de o singură folosință, 22M/15F-15F/8,5M, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H ₂ O cel mult 10,3 mg H ₂ O/l la VT=50ml, returnarea H ₂ O cel puțin 33,7 mg H ₂ O/l la VT=50ml, rezistența la flux 2,5l/min ≤ 0,3mbar, rezistența la flux 5l/min ≤ 0,6mbar, rezistența la flux 15l/min ≤ 1,5mbar, volum compresiabil ≤ 9ml, greutate ≤ 7,1g, volumul Tidal recomandat de la 30 până la 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic, asamblat in conditii curate conform EN14644-1. Port Luer p/u proba de CO ₂ . Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000570311 , nr. Rg04-000259 din 27.07.2023
33100000-1	53	Kit de mentenanță compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310)	Kit de mentenanță compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310)	MX08860	Germania	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Kit de mentenanță compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310), Kit de mentenanță pentru 2 ani MX08860 PM kit for Savina 300, Bucată	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Kit de mentenanță include: - Savina 300 Service Set 2y - 1 buc Cu instalare si garantie 6 luni.	CE, ISO
33100000-1	57	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356)	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356)	MX08153 + 8402868	Germania	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356), Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O ₂ , filtru pentru analizatorul de gaze și altele, filtru de aier, baterie (MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, Bucată	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Drager. Kit de mentenanță include: - Fabius GS ServSet (3 year) - 1 buc - Bacteria filter - 1 buc Cu instalare si garantie 6 luni.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**