

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657798508606 din: 19 iul 2022, 15:00 - 22 iul 2022, 15:30

Obiectul achiziției: Containere pentru dezinfectie și sterilizare a.2022, repetat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
331000 00-1	4.1. Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat Olympus mini ETD 2. (ambalaj ≤ 5L)	CETD	Germania	Ecolab	Produs concentrat lichid. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 3 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea detergentului cu mașina de spălat în dotarea spitalului Olympus mini ETD 2.	Produs concentrat lichid. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 3 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea detergentului cu mașina de spălat în dotarea spitalului Olympus mini ETD 2.	CE/ISO
331000 00-1	4.2. Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat Olympus mini ETD 2 (ambalaj ≤ 5L)	DETD	Germania	Ecolab	Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 5 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea dezinfectantului cu mașina de spălat în dotarea spitalului Olympus mini ETD 2.	Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 5 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea dezinfectantului cu mașina de spălat în dotarea spitalului Olympus mini ETD 2.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**