

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1776172444484 din 14.05.2026					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
13	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii)	SU-03 (PRIME) cu accesorii	Polonia	FAMED ZYWIEC SP. Z O O.	<p>Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) Cod 140140</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă.</p> <p>Tip masă Electrohidraulică obligatoriu</p> <p>Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm</p> <p>Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm</p> <p>Deplasarea longitudinală ≥ 30 cm Trendelemburg ≥ 30 grade</p> <p>Inversarea trendelemburgului ≥ 30 grade Secțiile mesei ≥ 6 secții</p> <p>Înclinarea: Laterală ≥ 25 grade</p> <p>Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim)</p> <p>Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată</p> <p>Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 250 kg</p> <p>Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei</p> <p>Radiotransparență obligatoriu</p> <p>Accesibilitatea brațului C obligatoriu Mărimea casetelor minim 35x43 cm</p> <p>Atașarea de bază mobilă Rotile obligatoriu</p> <p>Sistem de frinare a bazei " cu pedal, tip hidraulic sau electrohidraulica"</p> <p>Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz</p> <p>Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări Telecomandă obligatoriu</p> <p>Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei</p> <p>Pupitru de comandă obligatoriu Accesorii suport cot 2 unit., să se indice codul produsului suport umăr 2 unit., să se indice codul produsului suport picioare 2 unit., să se indice codul produsului suport torace 2 unit., să se indice codul produsului suport mină (decubit lateral) 1 unit., să se indice codul produsului stand pentru perfuzie 1 unit., să se indice codul produsului curea pentru fixarea corpului 1 unit., să se indice codul produsului suport pentru ecran de anestezie 1 unit., să se indice codul produsului</p>	<p>Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) Cod 140140 Parametrul Specificația</p> <p>Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică obligatoriu DA</p> <p>Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm, DA, 216cm, pag.12 Lățimea ≥ 55 cm, Da, pag.15</p> <p>Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Da, 68-108cm, pag.15</p> <p>Deplasarea longitudinală ≥ 30 cm Da, 34cm, pag.15</p> <p>Trendelemburg ≥ 30 grade Da, 40 grade, pag.18</p> <p>Inversarea trendelemburgului ≥ 30 grade Da, 40 grade, pag.15</p> <p>Secțiile mesei ≥ 6 secții Da</p> <p>Înclinarea: Laterală ≥ 25 grade Da, 30 grade, pag.18</p> <p>Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) DA, pag.15</p> <p>Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim), detașabilă, divizată DA, pag.15</p> <p>Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) DA, pag.15</p> <p>Greutatea pacientului ≥ 250 kg DA, 350kg, pag.15</p> <p>Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei DA, pag.11</p> <p>Radiotransparență obligatoriu, Accesibilitatea brațului C obligatoriu DA, pag.11</p> <p>Mărimea casetelor minim 35x43 cm DA, pag.17</p> <p>Atașarea de bază mobilă, Rotile obligatoriu</p> <p>Sistem de frinare a bazei " cu pedal, tip hidraulic sau electrohidraulica"DA, pag.8</p> <p>Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda obligatoriu DA, pag.17</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz, Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări DA, pag.17</p> <p>Telecomandă obligatoriu DA, pag.5</p> <p>Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei, Pupitru de comandă obligatoriu DA, pag.5</p> <p>Accesorii suport cot 2 unit., Da, tip PR-01.5, suport umăr 2 unit., Da, tip WS-06.5, suport picioare 2 unit., Da, tip Double-divided leg rest, suport torace 2 unit., Da, tip AS-79, suport mină (decubit lateral) 1 unit., Da, tip WS-43.0, stand pentru perfuzie 1 unit., Da, tip WK-01.5, curea pentru fixarea corpului 1 unit., Da, tip WS-41.5, suport pentru ecran de anestezie 1 unit., Da, tip WS-01.5</p>	DM000499735

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de:

**Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau,**