

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1698240588644 / 21110295 din: 03.11.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Teste indicatoare - 2024

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2.	Test indicator 121°C - (20 min. universal)	iPack-Bio	Rusia	Intersan	121°C(20 min. universale)	121°C(20 min. universale)	CE/ISO
3.	Test indicator 134°C - (5 min. universal)	iPack-Bio	Rusia	Intersan	134°C (5 min. universale)	134°C (5 min. universale)	CE/ISO
4.	Test indicator 180°C - (60 min. interne)	iPack-Bio	Rusia	Intersan	180°C (60 min. interne)	180°C (60 min. interne)	CE/ISO
5.	Test indicator 55°C - (interne)	UGC10201	China	Ugaiya	55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	CE/ISO
7.	Test Biotest	Biotest	Rusia	Intersan	55°C (externe) p-u plazmă	55°C (externe) p-u plazmă	CE/ISO
8.	Test Bowie - Dik	Bowie - Dik	Rusia	Intersan	121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4