

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1715757837767/21225822 din 15.05.2024
Obiectul achiziției: Deservire și întreținere generatoare de oxigen, inclusiv piese – 2024

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Conform Anunțului de participare pct.16.
Lot nr. 1						
1. Servicii de deservire și întreținere a Generatorului O2 nr.2, inclusiv piese Compresor: ZT 55, Atlas Copco Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC	1. Servicii de deservire și întreținere a Generatorului O2 nr.2, inclusiv piese Compresor: ZT 55, Atlas Copco Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC	Belgia	Atlas Copco	1.1. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru compresor ZT 55, Atlas Copco –Schimbare ulei. - Schimbare filtru ulei. - Schimbare filtru aer. - Curatarea radiatoarelor de răcire. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii:	1.1. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru compresor ZT 55, Atlas Copco –Schimbare ulei. - Schimbare filtru ulei. - Schimbare filtru aer. - Curatarea radiatoarelor de răcire. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	

			<p>Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.</p>	<p>Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.</p>	
			<p>1.2. OIL ROTO-Z (CAN 20L). Part number: 2908850101AR ROTO-Z 20 LITRES. Graficul de prestare servicii: la necesitate.</p>	<p>1.2. OIL ROTO-Z (CAN 20L). Part number: 2908850101AR ROTO-Z 20 LITRES. Graficul de prestare servicii: la necesitate.</p>	
			<p>1.3. KIT D-MAINTENANCE Part number: 2230011313 1 KIT A-MAINTENANCE 1 ZT55-90 LP ELMT EXCHANGE KIT 1 ZT55-90 HP ELMT EXCHANGE KIT 1 ZR/T 55-90 GEARCASING SEAL KIT 1 ZR/T 55-90 INLET VLV SERV KIT 1 ZR/ZT75-90 INLET VLV OVH KIT 1 ZT55-90 CHECK VLV SERV KIT 1 SEAL WASHER KIT 1 ZT55-90 HP DISCH SILENCER KIT 1 ZT55-90 COOLER SERVICE KIT 1 MUFFLER 8 COUPL.ELEMENT 1 PARALLEL KEY 1 HOSE CLAMP 1 HOSE CLAMP 1 VALVE THROTTLE . 1 VALVE THROTTLE . 1 O-RING 1 O-RING 1 O-RING 79.2X5.7 1 IMPINGER 1 HOSE 1 SILENCER 1 VALVE HOUSING</p>	<p>1.3. KIT D-MAINTENANCE Part number: 2230011313 1 KIT A-MAINTENANCE 1 ZT55-90 LP ELMT EXCHANGE KIT 1 ZT55-90 HP ELMT EXCHANGE KIT 1 ZR/T 55-90 GEARCASING SEAL KIT 1 ZR/T 55-90 INLET VLV SERV KIT 1 ZR/ZT75-90 INLET VLV OVH KIT 1 ZT55-90 CHECK VLV SERV KIT 1 SEAL WASHER KIT 1 ZT55-90 HP DISCH SILENCER KIT 1 ZT55-90 COOLER SERVICE KIT 1 MUFFLER 8 COUPL.ELEMENT 1 PARALLEL KEY 1 HOSE CLAMP 1 HOSE CLAMP 1 VALVE THROTTLE . 1 VALVE THROTTLE . 1 O-RING 1 O-RING 1 O-RING 79.2X5.7 1 IMPINGER 1 HOSE 1 SILENCER 1 VALVE HOUSING</p>	

Graficul de prestare servicii: la necesitate.	Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
1.4. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru uscător FD 180 VSD, Atlas Copco. - Demontare și montare filtre de linie noi. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	1.4. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru uscător FD 180 VSD, Atlas Copco. - Demontare și montare filtre de linie noi. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	
1.5. FILTER KIT UD 140+ Part number: 2901300407. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	1.5. FILTER KIT UD 140+ Part number: 2901300407. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
1.6. FILTER KIT PD/PDP 130+ Part number: 2901300106. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	1.6. FILTER KIT PD/PDP 130+ Part number: 2901300106. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
1.7. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru generator oxigen IMT POC 8500 Med, INMATEC. – Schimbare filtru (la necesitate); - Schimbare microfiltru (la necesitate); - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii:	1.7. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru generator oxigen IMT POC 8500 Med, INMATEC. – Schimbare filtru (la necesitate); - Schimbare microfiltru (la necesitate); - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii:	

				Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	
				1.8. Reductor de presiune. Regulator 1 1/2 la intrare în generatorul O2 și la ieșirea din rezervorul O2. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	1.8. Reductor de presiune. Regulator 1 1/2 la intrare în generatorul O2 și la ieșirea din rezervorul O2. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
				1.9. Element filtrare. Part nr: IPE123SMA. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	1.9. Element filtrare. Part nr: IPE123SMA. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
				1.10. Element filtrare. Part nr: IPE123CA Graficul de prestare servicii: la necesitate.	1.10. Element filtrare. Part nr: IPE123CA Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
Lot nr. 2						
2. Servicii de deservire și întreținere a Generatorului O2 nr.3, inclusiv piese Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC	2. Servicii de deservire și întreținere a Generatorului O2 nr.3, inclusiv piese Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC	Belgia	Atlas Copco	2.1. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru compresor GA75LVSD+, AtlasCopco. - Schimbare ulei. - Schimbare filtru ulei. - Schimbare filtru aer. - Curatarea radiatoarelor de răcire. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. - Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	2.1. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru compresor GA75LVSD+, AtlasCopco. - Schimbare ulei. - Schimbare filtru ulei. - Schimbare filtru aer. - Curatarea radiatoarelor de răcire. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. - Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	
				2.2. PREY. MAINT. KIT C142 GA75 VSD+ Part number: 2901990101 1 AIR FILTER KIT C142 GA75VSD 1 OIL FILTER KIT C142VSD	2.2. PREY. MAINT. KIT C142 GA75 VSD+ Part number: 2901990101 1 AIR FILTER KIT C142 GA75VSD 1 OIL FILTER KIT C142VSD	

1 OSE/SCAVENGE LINE KIT C142VSD 1 KIT VALVE MINIMUM PRESSURE Graficul de prestare servicii: la necesitate.	1 OSE/SCAVENGE LINE KIT C142VSD 1 KIT VALVE MINIMUM PRESSURE Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
2.3. AIR FILTER KIT C142 GA75 VSD+ Part number: 2901990095 1 FILTER ELEMENT 21M3/MIN 4 AIR INLET W/O FILTER 114X17 1 FILTER AIR Graficul de prestare servicii: la necesitate.	2.3. AIR FILTER KIT C142 GA75 VSD+ Part number: 2901990095 1 FILTER ELEMENT 21M3/MIN 4 AIR INLET W/O FILTER 114X17 1 FILTER AIR Graficul de prestare servicii: la necesitate	
2.4. OIL RXD (CAN 20L) Part number: 2901170100 OIL RXD 20L. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	2.4. OIL RXD (CAN 20L) Part number: 2901170100 OIL RXD 20L. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
2.5. LD DRAIN 400011 MAINTENANCE KIT Part number: 2902016102 LD DRAIN 4000H MAINTENANCE KIT. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	2.5. LD DRAIN 400011 MAINTENANCE KIT Part number: 2902016102 LD DRAIN 4000H MAINTENANCE KIT. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
2.6 Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru uscător FD 260 VSD, Atlas Copco. – Demontare și montare filtre de linie noi. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. – verificarea și ajustarea parametrilor de performanță – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	2.6 Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru uscător FD 260 VSD, Atlas Copco. - Demontare și montare filtre de linie noi. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	
2.7. KIT SERVICE QDT 245. Part number: 3001500908. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	2.7. KIT SERVICE QDT 245. Part number: 3001500908. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
2.8. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru generator oxigen IMT POC 8600 Med, INMATEC. –Schimbare	2.8. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru generator oxigen IMT POC 8600 Med, INMATEC. –Schimbare	

			filtru (la necesitate); - Schimbare microfiltru (la necesitate); - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	filtru (la necesitate); - Schimbare microfiltru (la necesitate); - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Graficul de prestare servicii: Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	
			2.9. Element filtrare Part nr: IPE160SMA. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	2.9. Element filtrare Part nr: IPE160SMA. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
			2.10. Element filtrare Part nr:IPE160CA. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	2.10. Element filtrare Part nr:IPE160CA. Graficul de prestare servicii: la necesitate.	
TOTAL					

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: "Romedcom" SRL
 Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16 (of)6