

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1618988218336	Data: 23 apr 2021, 10:00 - 27 apr 2021, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea serviciilor de efectuare a măsurărilor de control a calității pentru dispozitivele de radiagnostic în subdiviziunile IMSP AMT Riscani	Lot: 1	Pagina: 1 din

Nr. LOT /poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	71700000-5	Samsung Geo GU 60 a	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-
1.2	71700000-5	Unimat D-RAD	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-
1.3	71700000-5	Protec PRS 500B	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**