

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770988351457					Data:20 mart 2026		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II					Pagina: din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100000-1	94	Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B 270120	Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B 270120	SEA-29L-D-LED -USB	China	Runyes Medical Instrument Co., Ltd.	Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supracălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimantă obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3 pagina 2 Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6 Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox DA. 304 Stainless Exterior metalic galvanizat sau oțel inox DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3 pagina 6 Securitate la supracălzire obligatoriu Da. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3 pagina 3 Securitate la suprapresiune obligatoriu DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3 pagina 2 Alarmer acustică vizuală DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3 pagina 4 Durata sterilizării reglabilă obligatoriu DA. OM & TM Small Steam Sterilizers pag. 8 Control Microprocesor DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3 pagina 4 Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.2 pagina 5 Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu DA Suprafața exterioară să nu se încălzească DA. OM & TM Small Steam Sterilizers pagina 1 Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu DA Imprimantă obligatoriu DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 10.1 pagina 26 Afișaj alfanumeric DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 4 pagina 7 Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.2 pagina 13 Ciclu de vacuum obligatoriu DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.2 pagina 13 Sistem de uscare obligatoriu DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.2 pagina 13 Facilități de setare timp DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.2 pagina 13 Temperatura DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.2 pagina 13 eliberare automată a vaporilor DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.2 pagina 13 printare a rezultatelor DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 10.1 pagina 26 racire rapidă DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.2 pagina 13 Volum interior 29 L OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6 Precizie timp de sterilizare 1 min DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6 Rafturi da, min. 4 tavi DA. OM & TM Small Steam Sterilizers pagina 1 Regimuri de sterilizare 7 regimuri OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 6.1 pagina 12 Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 1.4 pagina 2 Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 10.1 pagina 26 Înregistrator date obligatoriu DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 10.1 pagina 26 Tip date: Data DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 10.1 pagina 26 Timp DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 10.1 pagina 26 Temperatura DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 10.1 pagina 26 Presiune DA. OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 10.1 pagina 26 Capacitatea rezervorului de apă 10 Litri OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 3.3 pagina 6 Alimentare 220V, 50 Hz DA, OM & TM Small Steam Sterilizers alin. 8.5 pagina 19	CE,ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____