

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii achiziție	Achiziției comerciale
21027816	
USMF Nicolae testemitanu	
Denumirea procedurii de achiziție:	Dispozitiva stomatolojice

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	4.Lampa bactericidă medicală recirculară de perete	Aereks standart 2x30 cu tub Philips	Ukr	Zavet	4. Lampa bactericidă medicală recirculară de perete Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Tipul iradierii – închis; Numărul lămpilor – două; Puterea utilizată de 2 lămpi – 60-65 WT; Tipul lămpii – 613; Să iradieze unde scurte ultraviolete cu lungimea maximală a undei de 253-255 Hm; Productivitatea (nivelul de	4. Lampa bactericidă medicală recirculară de perete Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Tipul iradierii – închis; Numărul lămpilor – două; Puterea utilizată de 2 lămpi – 60-65 WT; Tipul lămpii – 613; Să iradieze unde scurte ultraviolete cu lungimea maximală a undei de 253-255 Hm; Productivitatea (nivelul de	CC

				prelucrare pe oră) = 90 m3 pe oră; Termenul de exploatare a lămpii = 8000 ore; Lampa să fie dotată cu taimer de fixare și evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru; Setul să fie dotat cu ventilator care să asigure recircularea aerului. Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența persoanelor (UVC fără ozon); Nivelul potențialului risc 2 e; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa 1; Sursa de energie electrică 220 V; Dimensiunile + 10% 1170 x 175 x110 mm; Nivelul acustic max – 40 DB; Termenul de garanție min 36 luni; Setul e dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Greutatea ±2 kg; Confecționată din metal. Data producerii – nu mai vechi de 2020, cu indicarea datei de producere pe lampă. La solicitare se va prezenta certificatul CE.	prelucrare pe oră) = 90 m3 pe oră; Termenul de exploatare a lămpii = 8000 ore; Lampa să fie dotată cu taimer de fixare și evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru; Setul să fie dotat cu ventilator care să asigure recircularea aerului. Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența persoanelor (UVC fără ozon); Nivelul potențialului risc 2 e; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa 1; Sursa de energie electrică 220 V; Dimensiunile + 10% 1170 x 175 x110 mm; Nivelul acustic max – 40 DB; Termenul de garanție min 36 luni; Setul e dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Greutatea ±2 kg; Confecționată din metal. Data producerii – nu mai vechi de 2020, cu indicarea datei de producere pe lampă. La solicitare se va prezenta certificatul CE.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Busuioc Anatol În calitate de: Director
Ofertantul: SRL"RESTMED" Adresa: Drumul viilor42/3

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____
