




Пробирки лабораторные Пробирки мерные со шлифом 14/23

ТУ 9461-008-52876351-2008

ГОСТ 1770-74

ПУ № ФСР 2008/03550 от 27.11.2017 г.



Исполнение 2 Класс точности не нормируется

Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Предназначены для наливного отмеривания жидкости. Допустимая погрешность, мл - $\pm 0,2$. Толщина стенки, мм - $1,4 \pm 0,2$. Диаметр, мм: внешний - 17-18; внутренний - 14,4-15,2. Изготовлены из медицинского стекла по ГОСТ 19808-86. Шкала синего цвета. Упаковка 10 шт.

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Цена дел., мл	Высота, мм
1. пробирки мерные				
10002411	ПМ2-5-10/19	5	0,1	110 $\pm$ 5,0
10002410	ПМ2-5-14/23	5	0,2	90 $\pm$ 5,0
10002406	ПМ2-10-14/23	10	0,2	150 $\pm$ 5,0
10002407	ПМ2-15-14/23	15	0,2	180 $\pm$ 5,0
10002408	ПМ2-20-14/23	20	0,2	190 $\pm$ 5,0
10002409	ПМ2-25-14/23	25	0,2	210 $\pm$ 5,0
2. пробирки мерные со стеклянной пробкой				
10002412	ПМ2-5-10/19	5	0,1	110 $\pm$ 5,0
10002401	ПМ2-5-14/23	5	0,2	90 $\pm$ 5,0
10002402	ПМ2-10-14/23	10	0,2	150 $\pm$ 5,0
10002403	ПМ2-15-14/23	15	0,2	180 $\pm$ 5,0
10002404	ПМ2-20-14/23	20	0,2	190 $\pm$ 5,0
10002405	ПМ2-25-14/23	25	0,2	210 $\pm$ 5,0

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Пробирки конические центрифужные

ПУ № ФСР 2008/03550 от 27.11.2017 г.

Разработаны для центрифугирования в центрифугах типа ОПН-3 и аналогичных им при наличии соответствующих вкладышей. Размеры, мм - $(105^{+5,0}_{-1,0}) \times (17 \pm 0,5)$. Номинальная вместимость, мл - 10. Толщина стенки, мм - $1,5^{+0,1}_{-0,5}$. Диаметр, мм: внешний - 16,7-17,5; внутренний - 14,7-15,1. Рассчитаны на нагрузку до 2000 г. Шкала синего цвета. Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75, медицинского стекла по ГОСТ 19808-86.

1. Пробирки конические центрифужные

(градуированные) (исполнение 1)



ГОСТ 1770-74 Класс точности 2

Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Артикул	Наименование	Цена деления, мл	Уп., шт
10005301	П-1-10-0,1	0,1	100
10005302	П-1-10-0,2	0,2	100
пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)			
10005303	П-1-10-0,1	0,1	100
10005304	П-1-10-0,2	0,2	100

2. Пробирки конические центрифужные (неградуированные)

ТУ 9461-008-52876351-2008

Артикул	Наименование	Уп., шт
10005006	П1-10	100
10005005	П1-10	500
пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)		
10005007	П1-10	100
10005008	П1-10	500

Производитель: ООО «МиниМед», Россия