

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725027075046 din 11 sept 2024, 16:28 - 2 oct 2024, 16:28

Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale lista suplimentară conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	3	Frigider pentru reactivi 200 L	EKT 175	Turcia	Emsas	<p>Frigider pentru reactivi, 200 L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configurație: mobil Capacitatea: ≥ 200 L Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie Număr de rafturi: ≥ 4 Lumină interior: Da Construcție interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Alarmer: acustică, vizuală Răcire: ventilată Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică: ±2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Accesorii: sertare Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau</p>	<p>Frigider pentru reactivi, 225 L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configurație: mobil Capacitatea: ≥ 225 L Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie Număr de rafturi: ≥ 3 standart + 1 obtional inclusa Lumină interior: Da Construcție interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Alarmer: acustică, vizuală Răcire: ventilată Temperatura reglabilă: 0 ... +15 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică: ±2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Accesorii: sertare Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau</p>	DM000578862

						romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.	romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.	
331 000 00- 1	31	Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapele r	EDC (EDC10T2)	Italia	Cantel	Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor Sistem dublu de filtrare a aerului pentru a menține presiune pozitivă în dulap. Ușa/uși cu sticlă pentru o vizualizarea endoscoapelor stocate. Ecran tactil pentru control, afișarea datelor și starea endoscoapelor. HEPA filtru cu o eficiența de cel puțin 99.95%. Compliance cu standardul european ISO 16442. Uscarea endoscoapelor în maxim 3 ore. Afișarea monitorizării și vizualizării presiunii pozitiv a aerului în dulap. Afișarea monitorizării blocării filtrelor. Afișarea monitorizării temperaturii și umidității în interiorul dulapului. Alarmă sonoră la deschiderea ușii. Sistem de acces securizat la endoscoape. Imprimantă incorporată pentru extragerea raportului de păstrare a endoscopului. Monitorizarea timpului de păstrare a endoscopului Posibilitatea de transmitere a datelor la calculator. Timpul minim de păstrare a endoscoapelor în stare sterila minim 30 zile. Compresor integrat pentru circulația aerului. Nivelul de zgomot maxim 58dBA. Scanarea endoscoapelor pentru identificare. Conectori pentru endoscoape de tip Olympus, (Fujinon, Storz - opțional).	Da, EDC (EDC10T2), Cantel Da, sistem dublu de filtrare Da Da, touch screen Da, HEPA filtre Da Da, 3 ore Da Da Da Da Da, prin RF tag Da Da Da, prin LAN(RJ-45) Da, 31 zile Da Da, <58dBA Da, prin RF-taguri Da, pentru orice endoscop din lista de compatibilitate	DM0006 53491
						Capacitatea de păstrare minim 10 endoscoape: gastro/colono/duodeno/bronho, stocate vertical. Conectoare pentru 10 endoscoape definite de instituție la momentul livrării. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de	Da, minim 10 endoscoape mari, vertical Da, pentru 10 endoscoape definite de instituție la momentul livrării. Da Da, 24 luni Da Da Da	

					<p>garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.</p>	<p>Da, 24h Da Da Da Da, >=2024 Da, 24 luni Da Da Da Da Da</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**