

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1718291222529 / 21237747 din 01 .07.2024						Alternativa nr.	
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament electronic de laborator pentru necesitățile proiectului Horizon Europe MSCA DN-JD SENNET - “Porous Networks for Gas Sensing”						Pagina 1 din 1	Lot: 5
Nr.Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
	2	3	4	5	6	7	
LOT 5 Micropipete							
5.1.	Micropipetă	MicroPettePlus 0,1-2,5 uL (Cat.nr.7030301001)	China	DLAB Scientific Co.	Micropipetă pentru manipularea lichidelor.Micropipetă pentru manipularea lichidelor. Volum reglabil: Da. Diapazonul de reglare a volumului: 0.1 - 2.5 µL. Numarul de canale pentru lichide: 1	MicroPettePlus 0,1-2,5ul - cu volum variabil , autoclavabila , cu posibilitatea reglării volumului de 0,1-2,5 ml; Numarul de canale pentru lichide: 1; Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373552	CE, ISO .
5.2.	Micropipetă	MicroPettePlus 0,5-10 uL (Cat.nr.7030301004)	China	DLAB Scientific Co.	Micropipetă pentru manipularea lichidelor. Volum reglabil: Da. Diapazonul de reglare a volumului: 0.5 - 10 µL. Numarul de canale pentru lichide: 1.	MicroPettePlus 0,5-10uL - cu volum variabil , autoclavabila , cu posibilitatea reglării volumului de la 0,5-10 ml; Numarul de canale pentru lichide: 1 Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373553	CE, ISO .
5.3.	Micropipetă	MicroPettePlus 10-100uL (Cat.nr.7030301008)	China	DLAB Scientific Co.	Micropipetă pentru manipularea lichidelor. Volum reglabil: Da. Diapazonul de reglare a volumului: 10 - 100 µL. Numarul de canale pentru lichide: 1.	MicroPettePlus 10-100 uL- cu volum variabil , autoclavabila , cu posibilitatea reglării volumului de la 10-100ml;Numarul de canale pentru lichide: 1 Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373556	CE, ISO .

Numele,Prenumele : **Varman Irina** . În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ProfilabDiagnostic SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Dokucaev,6**

semnat electron