



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21310683 din 16.12.2024

Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 33)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lot 1</b>					
Concentrator de oxigen 5L, cod 110400	Oxybreath Mini5	Turcia Kare Medical	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil pe 4 roți Concentrația O2 in fluxul produs $\geq 90\%$ Reglarea fluxului de O2 diapazon minim 1 - 5 L/min Indicatorul fluxului grafic/numeric Nivelul zgomotului produs $\leq 50$ dB Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil pe 4 roți – <b>DA, pag. 2 Catalog</b> Concentrația O2 in fluxul produs - <b>93% <math>\pm</math> 3%, pag. 2 Catalog</b> Reglarea fluxului de O2 diapazon minim 1 - 5 L/min – <b>DA, pag. 2 Catalog</b> Indicatorul fluxului grafic/numeric – <b>DA, pag. 2 Catalog</b> Nivelul zgomotului produs $\leq 50$ dB – <b>DA, Declarație producător</b>	DM000234258

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc          Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1          Alarmer vizuale dacă concentrația O2 <math>\leq</math> 82% obligatoriu          Alarmer sonore dacă fluxul este redus obligatoriu          Deviere la concentrația de O2 <math>\pm</math>3%          Borcan de umidificare a O2 2 buc., să se indice codul produsului          Mască facială 2 buc., să se indice codul produsului          Canulă nazală 2 set., să se indice codul produsului          Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc., să se indice codul produsului          Alimentare 220 V 50 Hz</p>	<p>Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD – <b>DA, pag. 2 Catalog</b>          Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc – <b>DA, pag. 12 Manual</b>          Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 – <b>DA, pag. 2 Catalog</b>          Alarmer vizuale dacă concentrația O2 <math>\leq</math> 82% obligatoriu – <b>DA, pag. 2 Catalog</b>          Alarmer sonore dacă fluxul este redus obligatoriu – <b>DA, pag. 6 Manual</b>          Deviere la concentrația de O2 <math>\pm</math>3% – <b>DA, pag. 2 Catalog</b>          Borcan de umidificare a O2 2 buc. – <b>DA, B101</b>          Mască facială 2 buc. – <b>DA, MF01</b>          Canulă nazală 2 set. – <b>DA, CN01</b>          Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc. – <b>DA, FA02</b>          Alimentare 220 V 50 Hz – <b>DA, pag. 2 Catalog</b></p>	
<b>Lot 15</b>					
Negatoscop două cadruri 210710	BFAL 43.90 OR	Italia Bieffe	<p>Negatoscop două cadruri          Cod 210700          Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice          Parametru Specificație          Nr. de cadre <math>\geq</math>2          Nr. de lampe <math>\geq</math>2          Fixarea filmelor obligatoriu          Fixare masă/perete          Ecran anti-glare obligatoriu</p>	<p>Negatoscop două cadruri          Cod 210700          Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice          Parametru Specificație          Nr. de cadre <math>\geq</math>2 – <b>DA, 2, pag. 1 Data sheet</b>          Nr. de lampe <math>\geq</math>2 – <b>DA, 2x30W, pag. 1 Data sheet</b>          Fixarea filmelor obligatoriu – <b>DA, inclus</b></p>	DM000676132

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Alimentare 220V, 50Hz	Fixare masă/perete – <b>DA, cu ramă aluminiu, pag. 1 Data sheet</b> Ecran anti-glare obligatoriu – <b>DA, acril alb, pag. 1 Data sheet</b> Alimentare 220V, 50Hz – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>	
<b>Lot 17</b>					
Microscop binocular, simplu 250200	B-292	Germania Optika	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscopice binoculare profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensator universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscopice binoculare profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b> Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b> Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b> Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b> Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b> Condensator universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b> Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b> Tub binocular cu unghi de înclinare 30° – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Accesorii Ulei de imersie – o sticlură	cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b> Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b> Unitatea de alimentare încorporată – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b> Accesorii Ulei de imersie – o sticlură – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b>	
<b>Lot 37</b>					
Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor 270440	MSD-8008	Turcia Mikrotest	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizării unei surse de apă de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Rezervor de stocare a apei distilate $\geq 16$ l încorporat Capacitatea de distilare $\geq 8$ l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 $\mu$ S/cm Modul de operare continuu	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizării unei surse de apă de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Rezervor de stocare a apei distilate $\geq 16$ l – <b>DA, Data sheet</b> încorporat – <b>DA, Data sheet</b> Capacitatea de distilare $\geq 8$ l/h – <b>DA, Data sheet</b> Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" – <b>DA, inox vopsit, Data sheet</b> Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox – <b>DA, Data sheet</b> Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă – <b>DA, oțel inox, Data sheet</b> pH în diapazon de 5,0 - 7 – <b>DA, Data sheet</b>	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu          Alimentare 380 V- 50 Hz          "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare"          Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc.          "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule          Filtru de clor min. 4 buc.</p>	<p>Conductivitate în diapazon de <b>2.3 µS/cm, Data sheet</b>          Modul de operare continuu – <b>DA, Data sheet</b>          Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu – <b>DA, Data sheet</b>          Alimentare 380 V- 50 Hz – <b>DA, Data sheet</b>          "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" – <b>DA, Data sheet</b>          Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm - <b>DA, 8 buc., inclus în ofertă</b>          "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule – <b>DA, 2 rezerve incluse în ofertă</b>          Filtru de clor - <b>DA, 4 buc., inclus în ofertă</b></p>	
<b>Lot 39</b>					
<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de bază) cu troliu</p>	<p>Surtron Touch 200</p>	<p>Italia LED SpA</p>	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu          Parametrul Specificația          Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă          Frecvența de lucru monopolară și bipolară "cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz"          Canale de ieșire Monopolar izolat          Comutator de mână obligatoriu          Comutator de picior tip pedală dublă          Bipolar obligatoriu</p>	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu          Parametrul Specificația          Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă          Frecvența de lucru monopolară și bipolară "cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz" – <b>DA, 360 KHz, pag. 2 Data sheet</b>          Canale de ieșire Monopolar izolat – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b></p>	<p>DM000577905</p>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere <math>\geq 200</math> W  <math>\geq 300</math> Ohm          Coagulare <math>\geq 100</math> W <math>\geq 200</math> Ohm          Bipolar Tăiere <math>\geq 100</math> W  <math>\geq 50</math> Ohm          Coagulare <math>\geq 80</math> W  <math>\geq 50</math> Ohm          Funcție de autotestare obligatoriu          Canal de ieșire independentă obligatoriu          Indicatoare acustic vizual          Control volum sunet obligatoriu          Accesorii          Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului          Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului          Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului          Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului          Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului          Troliu Să se indice modelul oferit modelul oferit          Mobil pe 4 roți obligatoriu          Minim 2 roți cu frână obligatoriu          Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu          Compatibil cu dispozitivul obligatoriu</p>	<p>Comutator de mână obligatoriu – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b>          Comutator de picior tip pedală dublă – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b>          Bipolar obligatoriu – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b>          Moduri de lucru Monopolar Tăiere <math>\geq 200</math> W – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>  <math>\geq 300</math> Ohm, – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>          Coagulare <math>\geq 100</math> W <math>\geq 200</math> Ohm, – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>          Bipolar Tăiere <math>\geq 100</math> W – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>  <math>\geq 50</math> Ohm – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>          Coagulare <math>\geq 80</math> W – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>  <math>\geq 50</math> Ohm – <b>DA, pag. 1 Data sheet</b>          Funcție de autotestare obligatoriu – <b>DA, "Automatic control impedance", pag. 2 Data sheet</b>          Canal de ieșire independentă obligatoriu – <b>DA, imagine pag. 1 Data sheet</b>          Indicatoare acustic, vizual – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b>          Control volum sunet obligatoriu – <b>DA, pag. 2 Data sheet</b>          Accesorii          Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. – <b>DA, inclus in ofertă, cod 00404.08-S, 3m lungime</b>          Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. – <b>DA, inclus în ofertă, cod 5365A</b></p>	
--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				<p>Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/cuagulare), reutilizabil minim 100 cicluri, cablu min 2 metri 2 buc. – <b>DA, inclus în ofertă, cod 00205.00, lungime 3 m, 100 cicluri la 134 grade Celsius</b></p> <p>Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. – <b>DA, inclus în ofertă, cod 152.110</b></p> <p>Pedală dublă 1 buc. – <b>DA, inclus în ofertă, cod 00305.03-S</b></p> <p>Troliu – <b>DA, inclus în ofertă, cod TR003</b></p> <p>Mobil pe 4 roți obligatoriu – <b>DA, 80 mm</b></p> <p>Minim 2 roți cu frână obligatoriu – <b>DA, cele 2 din față</b></p> <p>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu – <b>DA, poliță – 2 buc.</b></p> <p>Compatibil cu dispozitivul obligatoriu – <b>DA, produs LED SpA</b></p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21310683 din 16.12.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 33)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	1	Concentrator de oxigen 5L, 110400	Buc.	1	10.200,00	12.240,00	10.200,00	12.240,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	<b>Conform SIA RSAP</b>
	15	Negatoscop două cadruri, 210710	Buc.	3	6.400,00	7.680,00	19.200,00	23.040,00		
	17	Microscop binocular, simplu 250200	Buc.	2	13.500,00	16.200,00	27.000,00	32.400,00		
	37	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor, 270440	Buc.	2	39.600,00	47.520,00	79.200,00	95.040,00		
	39	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de bază) cu trolu	Buc.	3	79.500,00	95.400,00	238.500,00	286.200,00		
<b>TOTAL</b>							<b>374.100,00</b>	<b>448.920,00</b>		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.