

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1580291814146						Data: 19.02.2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2020						Lot: 1, 10, 11.	Pagina: __ din __
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							
1.1	50400 000-9	Aparate de laborator. Analizator biochimic semiautomat stardust mc-15	MC-15	Germania	DiaSys	Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare-T impul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare-T impul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore
Lotul 10							
10.1	33100 000-1	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator	2104	SUA	Medica	Piese de schimb pentru analizatorul K, Na, Cl Easy Lyte plus, in ambalaj original de la producator	Piese de schimb pentru analizatorul K, Na, Cl Easy Lyte plus, in ambalaj original de la producator
10.2	33100 000-1	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator).	2108	SUA	Medica	Piese de schimb pentru analizatorul K, Na, Cl Easy Lyte plus, in ambalaj original de la producator	Piese de schimb pentru analizatorul K, Na, Cl Easy Lyte plus, in ambalaj original de la producator
Lotul 11							
11.1	33100 000-1	Display pentru Star Dust 15 MC 910608	910608	Germania	DiaSys	Piese de schimb pentru Star Dust 15 MC , in ambalaj original de la producator.	Piese de schimb pentru Star Dust 15 MC , in ambalaj original de la producator.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tugulea Valeriu

În calitate de: Director executie

Ofertantul: Medlux Group SRL

Adresa: mun.Chișinău, str.Alba Iulia 23, of.94