

Specificații pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Inspectoratul General al Poliției

Numărul licitației ocds-b3wdp1-MD-1678103652401 din 28.03.2023										nr. 21075195	
Denumirea licitației: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare										Lot:	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	IBAN	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lot 6. Vortex.											
42900000-5	6	Vortex	buc	6	3400,00	4080,00	20 400,00	24 480,00	<i>in decurs de 90 de zile după înregistrarea contractului</i>	MD68TRPCAAS18410B00596AA	
Total Lot 6 :											
Lot 8. Centrifugă mică.											
42900000-5	8	Centrifuge mică	buc	5	17000,00	20400,00	85 000,00	102 000,00	<i>in decurs de 90 de zile după înregistrarea contractului</i>	MD68TRPCAAS18410B00596AA	
Total Lot 8 :											
Lot 12. Set pipete monocanal											
42900000-5	12.1.	Set pipete monocanal	buc	8	1884,00	2260,80	15 072,00	18 086,40	<i>in decurs de 90 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat</i>	MD68TRPCAAS18410B00596AA	
42900000-5	12.2.	Stativ pentru pipete monocanal	buc	8	350,00	420,00	2 800,00	3 360,00			
Total Lot 12 :							17 872,00	21 446,40			
Lot 13. Pipeta multicanal.											
42900000-5		Pipeta multicanal	buc	4	5025,00	6030,00	20 100,00	24 120,00	<i>in decurs de 90 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat,</i>	MD68TRPCAAS18410B00596AA	
42900000-5		Stativ pentru pipeta multicanal	buc	4	578,00	693,60	2 312,00	2 774,40			
Total Lot 13 :							22 412,00	26 894,40			
Valoarea estimativă totală							145 684,00	174 820,80			




Suma totală: 174 820 , 80 (O suta saptezeci si patru mii opt sute douazeci) Lei 80 bani.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Di
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Inspectoratul General al Poliției

Cod CPV		Denumire bunurilor		Denumirea modelului		Tara de origine		Producătorul		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință:	
1		2		3		4		5		6		7		8	
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1678103652401 din 28.03.2023 nr. 21075195															
Denumirea licitației: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare															
Lot 6. Vortex.															
42900000-5	Vortex	Vortex Model: MX-F + adapter:18900020 + adapter:18900021 + adapter:18900043	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Funcții continue sau pulsante; Cu adaptoare pentru micro tuburi de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml și benzi de 0.2 ml; Viteza de agitare turație minimă 3000 rpm constant; Diametru cupei de agitare: Ø 4.5 mm; Mod de operare: prin atingere / operării continue; Setare viteza: constanta la 3000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Control viteza: electronic		Funcții continue sau pulsante; Cu adaptoare pentru micro tuburi de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml și benzi de 0.2 ml; Viteza de agitare turație minimă 3000 rpm constant; Diametru cupei de agitare: Ø 4 mm; Mod de operare: prin atingere / operării continue; Setare viteza: constanta la 3000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-240V; 1/50 ph/Hz; Control viteza: electronic	ISO, CE							
Lot 8. Centrifugă mică.															
42900000-5	Centrifuge mică	Model: D2012Plus , cat.n: 9032002121 + adapter A12- 2P, cat.n: 19400010 + adapter A02P2, cat.n: 19500001 + adapter A05P2, cat.n: 19500002	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Capacitatea de 12 probe a câte 0,5 ml și adaptoare pentru 0,2 ml, 1,5 ml și 2 ml; Rotor unghiular; Puterea/turație de până la 6000-8000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz.		Capacitatea de 12 probe a câte 0,5 ml și adaptoare pentru 0,2 ml, 1,5 ml și 2 ml; Rotor unghiular; Puterea/turație de până la 500-15000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-240V; 1/50 ph/Hz.	ISO, CE							
Lot 12. Set pipete monocanal															
42900000-5	Set pipete monocanal	☆ Mechanical Autoclavable Pipette - MicroPette Plus	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Volum : 0.2 - 2μL; 1 - 10μL; 2 - 20μL; 10 - 100μL; 20 - 200μL; 100 - 1000μL; Cu regulator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Vârful de pipete; Cu certificat de etalonare.		Volum : 0.1 - 2,2μL; 1 - 10μL; 2 - 20μL; 10 - 100μL; 20 - 200μL; 100 - 1000μL; Cu regulator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Vârful de pipete; Cu certificat de etalonare. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html	ISO, CE							
42900000-5	Stativ pentru pipete monocanal	Stativ pentru pipete monocanal	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	6 poziții; Linear; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat.		6 poziții; Linear; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat.	ISO, CE							
Lot 13. Pipeta multicanal.															
42900000-5	Pipeta multicanal	0,5 - 10μL, 5 - 50μL, 50 - 300μL	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Volum : 1 - 10μL; Numărul de canale -8; Cu regulator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Cu certificat de etalonare.		Volum : 1 - 10μL; Numărul de canale -8; Cu regulator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Cu certificat de etalonare. http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2018/0119/202.html								
42900000-5	Stativ pentru pipeta multicanal	Stativ pentru pipeta multicanal	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	1 poziție pentru pipetă multicanal; poziția pipetei – verticală; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat.		1 poziție pentru pipetă multicanal; poziția pipetei – verticală; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat.								

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6