



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2011/11336

от 15 июля 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

ООО "МиниМед",

Россия, 241520, Брянская область, Брянский район,
г. Брянск, село Супонево, ул. Шосейная, д.17, корп. А

и подтверждает, что изделие медицинского назначения

Краситель - фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду
(МиниМед-М-Г) по ТУ 9398-004-29508133-2011

производства

ООО "МиниМед",

Россия, 241520, Брянская область, Брянский район,
г. Брянск, село Супонево, ул. Шосейная, д.17, корп. А

класс потенциального риска 3

ОКП 93 9816

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 18884 от 24.05.2011

приказом Росздравнадзора от 15 июля 2011 года № 4261-Пр/11

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития





241520, г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, 4
Т/ф (4832) 41-63-56, 41-67-02, 92-96-94, 92-97-03,
E.m.: info@minimed.debryansk.ru www.minimed.ru

Р/с 40702810308000100320 Брянское ОСБ № 8605 г. Брянск
К/с 30101810400000000601 ИНН 3234007127 БИК 041501601
КПП 320701001 ОКПО 29508133

ПАСПОРТ №

**Фиксатор – краситель эозин метиленовый синий по
Май-Грюнвальду**

Серия № _____

Дата изгот. _____

Срок годности 1 год

Испытания проведены по ТУ 9398-004-29508133-6

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Сиропообразная жидкость темно-синего цвета	соответствует
2. Время фиксации мазка, мин.	2-3 мин.	соответствует
3. Время наступления окраски мазка, не более	15 мин.	соответствует
4. Плотность при 20° С, г/л	0,795-0,85	
5. Окраска форменных элементов крови	Исп. по п.3,5,2,2 настоящих ТУ	

Заклучение: качество продукта соответствует ТУ

Начальник ОТК



**КОПИЯ
ВЕРНА**