



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Universitatea de Stat din Tirasopol
Botezatu Ion Telefonul de contact 067728589E-mail ionbotezatu@mail.ru
ocds-b3wdp1-MD-1582195579954 din 04.03.2020

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	38900000-4	Multisenzor. Senzor digital pentru determinarea diferitor mărimi fizice.	P4-1000	SUA	Arb. Sci	Conexiune fără fir -Bluetooth 4.0; Baterie – regenerabilă, se încarcă prin micro USB; Durata de viață a bateriei (8 ore);Memorie - 30.000 de date; Protecție împotriva căderilor de 2 m (6 ft); Dimensiuni -3,8 x 3,8 x 1,5 cm (1,5 x 1,5 x 0,6 in); Greutate 17 g (0,6 oz); Acceleromator - Interval: ± 16g; Rezoluție: 0,008 g @ 94 Hz; Rata de date: - 50 date / sec (în timp real) -)Giroscop - Interval: ± 2000 deg / sec; Rezoluție: 0,1 deg / sec @ 92 Hz; Rata de date: - 50 date / sec (în timp real); Magnetometru - Interval: ± 4800 μT; Rezoluție: 0,15 μT; Rata de date: 50 date / sec Presiune barometrică - Interval: 30 - 180 kPa Rezoluție de presiune: 1,3 Pa; Precizie absolută: 0,1 kPa; Umiditate Interval: 0-100% HR; Rezoluție: 0,02% HR; Precizie absolută: 3% HR; Lumină - diapazon: 0,01 - 64 000 Lux; Spectru: 400 - 1000 nm (lumină vizibilă); Rata de date: 30 date / sec; Altitudine - Interval: -5,300 - 9 500 m; Rezoluție: 11 cm (4 in); Precizie absolută: 10 m (33 ft); Rata de	Conexiune fără fir -Bluetooth 4.0; Baterie – regenerabilă, se încarcă prin micro USB; Durata de viață a bateriei (8 ore);Memorie -30.000 de date; Protecție împotriva căderilor de 2 m (6 ft); Dimensiuni -3,8 x 3,8 x 1,5 cm (1,5 x 1,5 x 0,6 in); Greutate 17 g (0,6 oz); Acceleromator - Interval: ± 16g; Rezoluție: 0,008 g @ 94 Hz; Rata de date: - 50 date / sec (în timp real) -)Giroscop - Interval: ± 2000 deg / sec; Rezoluție: 0,1 deg / sec @ 92 Hz; Rata de date: - 50 date / sec (în timp real); Magnetometru - Interval: ± 4800 μT; Rezoluție: 0,15 μT; Rata de date: 50 date / sec Presiune barometrică - Interval: 30 - 180 kPa Rezoluție de presiune: 1,3 Pa; Precizie absolută: 0,1 kPa; Umiditate Interval: 0-100% HR; Rezoluție: 0,02% HR; Precizie absolută: 3% HR; Lumină - diapazon: 0,01 - 64 000 Lux; Spectru: 400 - 1000 nm (lumină vizibilă); Rata de date: 30 date / sec; Altitudine - Interval: -5,300 - 9 500 m; Rezoluție: 11 cm (4 in); Precizie absolută: 10 m (33 ft); Rata de	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	38900000-4	Multisenzor. Senzor digital pentru determinarea diferitor mărimi fizice.	Buc.	1	4,350.0000	5,220.0000	4,350.00	5,220.00	în termen de 30 zile de la semnarea și atribuirea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							4,350.00	5,220.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie sa prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

