

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1693316020943 / 21090489 din 01.10.2023: conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiari pentru anul 2024							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
3	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie	KYPHOPLASTY&VERTEBROPLASTY SYSTEMS	Germania/Turcia	Aditus Medical/ Norm Tibbi Urunler	Setul sa contina - troacar de acces -1 bucata, ghid-brosa Kirshner - 1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dispenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral - 3 bucati. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	Setul sa contina - troacar de acces -1 bucata, ghid-brosa Kirshner - 1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dispenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral - 3 bucati. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	CE,ISO
10	Ciment radiopac de viscozitate înalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculareCiment radiopac de viscozitate înalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare	Bone cement Alcasiz ZV	Turcia	Tabib Farma Ilac Tibbi Chihazlar Medical	PMMA radiopac, Viscositate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.	PMMA radiopac, Viscositate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.	CE,ISO
19	Set vertebroplastie	AK08TR - AK13TR +ADCEM-LV	Germania/Turcia	Aditus Medical/ Norm Tibbi Urunler	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	CE,ISO
36	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	ADCEM-LV	Germania/Turcia	Aditus Medical/ Norm Tibbi Urunler	Masa plastica in forma de praf /PMMA/ pentru vertebroplastie 19,0 - 19,5 gr cu substanta suplimentara /BaSO4/ cu masa 5,5-6,0 gr. si dezvoltant de 10,0 ml. Timpul de solidificare long time.	Masa plastica in forma de praf /PMMA/ pentru vertebroplastie 19,0 - 19,5 gr cu substanta suplimentara /BaSO4/ cu masa 5,5-6,0 gr. si dezvoltant de 10,0 ml. Timpul de solidificare long time.	CE,ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301