

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21046807/ ocds-b3wdp1-MD-1636981829656 din 21.12.2021
Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 6 Cutii de incinerare						
Cutii de incinerare 7,5 l din carton,cu sac de polietilenă	MGF	Republica Moldova	Combinatul de carton SA	7,5 l,din carton,cu sac de polietilenă,certificate ori declarații de conformitate.	7,5 l,din carton,cu sac de polietilenă	Aviz sanitar
Cutii de incinerare 18 kg,din carton, cu sac de polietilena	MGF	Republica Moldova	Combinatul de carton SA	18 kg,din carton, cu sac de polietilena,certificate ori declarații de conformitate	18 kg,din carton, cu sac de polietilena	Aviz sanitar
Lotul.nr.13 Aparate pentru masurarea presiunii arteriale						
Tonometru	A-100 (PR 315100)	Italia	CA-MI SRL	Cu folendoscop,certificate sau declarații de conform., buletin de verificare metrologică	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov.Tip pacient adult.	CE/ISO

					Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc,manșetă integrată din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg.Stetoscop- da.	
Lotul nr.14 Termometre						
Higrometru	Igrometro	Italia	CA-MI SRL	VIT-2	VIT-2	CE/ISO
Termometre medicale	T-Classic (TR.100200)	Italia	CA-MI SRL	Fără mercur, certificat ori declarații de conformitate, bulletin de verificare metrologică.	Rezervorul termometrului tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE).	CE/ISO
Lotul nr.19 Pulsoximetre						
Pulsoximetre simple	O2-EASY (OX.100000)	Italia	CA-MI SRL	Certificat ori declarații de conformitate	DATE TEHNICE : GAMA DE PACIENȚI - Pacienți adulți și pediatri Măsurare gamă : 0 - 100% SPO2 Măsurare precizie : 70 - 100%: ±2%; <69%: fără definiție Rezoluție 1% PULS RATA : Măsurare interval 30 - 250 bpm Măsurare precizie: 30 - 99 bpm: ±2 bpm 100 - 250 bpm ±2% Rezoluție 1 bpm DIMENSIUNE 32 x 58 x 34 mm GREUTATE 50 g (inclusiv două AAA	CE/ISO

					baterii) SURSA DE ALIMENTARE 2 x baterii alcaline - AAA dimensiune, 1.5V ANI DE GARANȚIE 2 CUTIE DE TRANSPORT 40 unități	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com