

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1707227963054
Obiectul achiziției:	Achiziționare Piese pentru dispozitive medicale

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300 Lot 60	PVT-375BT	Japonia	Canon Medical Systems (ex - Toshiba)	Lot 60//Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300. Aplicatie abdominale generale, frecvența de bază 3.5 MHz, Diapazonul de frecvențe 1.5 - 6.1 MHz, frecvența B mod 6, 4, 1.9 MHz, frecvența THI 6, 5, 4, 3 MHz, frecvența D-THI 5 MHz. Cîmp de vizualizare 50 mm, unghi de vizualizare 70 de grade, adîncime de scanare 40 cm Garantie un an.	Lot 60//Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300. Aplicatie abdominale generale, frecvența de bază 3.5 MHz, Diapazonul de frecvențe 1.5 - 6.1 MHz, frecvența B mod 6, 4, 1.9 MHz, frecvența THI 6, 5, 4, 3 MHz, frecvența D-THI 5 MHz. Cîmp de vizualizare 50 mm, unghi de vizualizare 70 de grade, adîncime de scanare 40 cm Garantie un an.	CE, ISO
Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300 Lot 61	PVT-674BT	Japonia	Canon Medical Systems (ex - Toshiba)	Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300. Aplicatie abdominale pediatrice, frecvența de bază 6 MHz, Diapazonul de frecvențe 3.5 - 9.7 MHz, frecvența B mod 9.2, 6, 3.6 MHz, frecvența THI 8, 7, 6 MHz, frecvența D-THI 8, 6, 5 MHz. cîmp de vizualizare 40 mm, unghi de vizualizare 65 de grade, adîncime de scanare 40 cm. Garantie un an.	Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300. Aplicatie abdominale pediatrice, frecvența de bază 6 MHz, Diapazonul de frecvențe 3.5 - 9.7 MHz, frecvența B mod 9.2, 6, 3.6 MHz, frecvența THI 8, 7, 6 MHz, frecvența D-THI 8, 6, 5 MHz. cîmp de vizualizare 40 mm, unghi de vizualizare 65 de grade, adîncime de scanare 40 cm. Garantie un an.	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)