

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21027438						din 07.09.2020		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Alcotest Conform necesitatilorIMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 1						
		Alcotest	AL9000	Korea	Sentech Korea Corp.	Interval de măsurare: de la 0.00 la 5.00 %; Sensor: Electrochimic; Precizie: +/- 0.05% la punctul 1%; Baterie: 2 baterii standard AAA; Greutatea: max 150g; Temperatura de operare: 0-400C; Caracteristici și funcții: oprire automată; Timp de pregătire: max 20 sec; Timp afișare rezultate: max 30 sec; Accesorii: - 50 mustucuri sterile, ambalate individual; - husa; Termen de garanție – min 12 luni; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale se va prezenta: *Certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: *Certificat CE sau declarație de conformitate CE - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului;	Indicarea B.A.C. 0,000 până la 4,000 ‰ sau 0,000 până la 0,400% BAC sau 0,000 până la 2.000 mg / l BrAC prin afișaj LED Senzor Senzor de alcool de tipul celulelor de combustibil Precizie ± 0,005% BAC la 0,100% BAC - 50 mustucuri sterile, ambalate individual; - husa; Termen de garanție – 12 luni; Putere Două baterii alcaline de 1.5V "AAA" de dimensiuni Greutate 100g (inclusiv bateriile) Dimensiune (mm) 116 (înălțime) X 50 (lățime) X 20 (grosime) Avertismente sonore 3 pași avertizare sonoră pentru detectarea alcoolului cu afișaj LED Condiții de mediu Depozitare: 5 până la 50 °C Funcționare: 5 până la 40 °C Culoare disponibilă Negru Certificat CE, DOT, standard australian	CE, ISO
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Marenici Nicolai în calitate de: Director financiar

Ofertantul: MEDEXIM SRL Adresa: MD 2028, Chișinău, str. Academiei 3/3 ,tel. 079589165