

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1730200366601

04 11 24

Denumirea licitației: Inele de legaturare endoscopicăși endoclipselor pentru hemostază
IMSP SCM Gheorghe Paladi

Lot: _____

Pagina:
__ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Inele de legaturare endoscopică	Inele de legaturare endoscopică	GF-OVL510	Belgia	G-Flex	Set de ligaturare varice esofagian - Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele, - Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului, - Conector luer-lock pentru irigare incorporate. - Set disponibil cu 10 inele latex sau Latex-free hipoalergene la solicitare	Set de ligaturare varice esofagian - Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele, - Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului, - Conector luer-lock pentru irigare incorporate. - Set disponibil cu 10 inele latex sau Latex-free hipoalergene la solicitare	CE, ISO
33100000-1	2	Endoclipse pentru hemostază (clame hemostatice)	Endoclipse pentru hemostază (clame hemostatice)	U2516-230	Belgia	G-Flex	Endoclipse pentru hemostază endoscopică (set de singura folosința), tip SX-HR, lungimea cateter 2300 mm , diametru de deschidere - 17 mm	Endoclipse pentru hemostază endoscopică (set de singura folosința), tip SX-HR, lungimea cateter-2300 mm , diametru de deschidere - 17 mm	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: Durlesti . str. Vasile Lupu 6