

Numărul procedurii de achiziție:

21019761 din 17 februarie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Seturi pentru operații cardiocirurgicale și Articole de uz medical pentru Anestezie și Terapie intensiva cardiocirurgie pentru an.2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Catetere venoase periferice	1001	Wellmed	India	G-24.Lungimea 19 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei	G-24.Lungimea 19 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe Codal Produsului:1001 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			1001	Wellmed	India	G-22.Lungimea 25 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei	G-22.Lungimea 25 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe Codal Produsului:100 1 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			1001	Wellmed	India	G-20.Lungimea 33mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei	G-20.Lungimea 33 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe Codal Produsului:1001 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			1001	Wellmed	India	G-18.Lungimea 45mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei	G-18.Lungimea 45 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe Codal Produsului:1001 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			1001	Wellmed	India	G-16.Lungimea 50mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei	G-16.Lungimea 50 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe Codal Produsului:1001 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotică	100/189/075	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 7.5. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjeta: Marcaji in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie	Nomenclatura solicitată 7.5. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjeta: Marcaji in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Codal Produsului: 100/189/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/189/080	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 8.0 . Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjeta: Marcaji in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie	Nomenclatura solicitată 8.0. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjeta: Marcaji in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Codal Produsului: 100/189/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
			100/189/085	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 8.5 . Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrast Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjete: Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Presentarea de mostrela momentul licitatiei Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie	Nomenclatura solicitată 8.5. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrast Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjete: Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Codul Produsului: 100/189/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	6	Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex” Nr. 7,5	100/518/075	Smiths	Marea Britanie	Nr 7.5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Nr 7.5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/518/080	Smiths	Marea Britanie	Nr 8.0. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Nr 8.0. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/518/085	Smiths	Marea Britanie	Nr 8.5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Nr 8.5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	9	Set pentru punctie si cateterizare arteriala	302062	Intra	Germania	G-22, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 5 cm Diametru extern 0,7-0,8 mm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metalic dreptSteril Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei, ISO №13485 CE	G-22, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 5 cm Diametru extern 0,7-0,8 mm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metalic dreptSteril Codul Produsului: 302062 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1			302153	Intra	Germania	G-20, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 12-15 cm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metalic dreptSteril Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei, ISO №13485 CE	G-20, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 12-15 cm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metalic dreptSteril Codul Produsului: 302153 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	10	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe getabile, tip “Combitrans” compatibile (analog) cu cablu de măsurare cu	Mx9622, Mx 261P1, Mx 262P1, I16-2-Mx	Smiths	Marea Britanie	Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecție de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa Codul Produsului: Mx9622, Mx 261P1, Mx 262P1, I16-2-Mx Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecție de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Codul Produsului: Mx9622, Mx 261P1, Mx 262P1, I16-2-Mx Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		conector de model UTAH	Mx9606, Mx 261P1, Mx 263P1, I16-2-Mx	Smiths	Marca Britanic	Cu 3 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecție de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa ISO №13485,CE	Cu 3 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecție de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa Codul Produsului:Mx9606, Mx 261P1, Mx 263P1, I16-2-Mx Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	13	Prolungitoare pentru seringi "Perfuzor comp", "Perfuzor FM"	INO - 22015	Aries	Italia	Lungime 1,5-2,0 m Tip "male-female" Obligator Diametrul intern 1,5 mm Rezistente la compusi medicamentoși Obligator Transparent Obligator Steril Obligator Transparente, Rezistente la contactul cu antiseptici Transparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) Codul Produsului: INO-22015 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Lungime 1,5-2,0 m Tip "male-female" Obligator Diametrul intern 1,5 mm Rezistente la compusi medicamentoși Obligator Transparent Obligator Steril Obligator Transparente, Rezistente la contactul cu antiseptici Transparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) Codul Produsului: INO-22015 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	17	Robinete 3-directionale	INO - 31301	Aries	Italia	Tip DiscofixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor Obligator; Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool Obligator; Rotatia robinetului 360° Rezistent la presiune ≥ 4 bari Steril Obligator	Tip DiscofixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor Obligator; Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool Obligator; Rotatia robinetului 360° Steril Obligator Codul Produsului: INO-31301 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	24	Filtre bacteriene pentru ventilatoare	MN137	Morton	Turcia	Cod de ref.N 1544 Pentru adulti Efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecanic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspir200 ml Codul Produsului: MN137 ISO №13485, CE	Cod de ref.N 1544 Pentru adulti Efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecanic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspir200 ml Codul Produsului: MN137 Certificat CE Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			MN137	Morton	Turcia	Cod de ref. N 1831 Pedatrice Efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecanic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspire 75 ml Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE	Cod de ref.N 1831 Pedatrice Efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecanic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspir75 ml Codul Produsului: MN137 Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/055	Smiths	Marca Britanic	Nomenclatura solicitata 5,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 5,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/055 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/060	Smiths	Marca Britanic	Nomenclatura solicitata 6 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 6 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/060 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Prodo-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	25	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă	100/150/065	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 6,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 6,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/065 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/070	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 7,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 7,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/070 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/075	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 7,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 7,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/080	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 8,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 8,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/085	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 8,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 8,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/090	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitată 9,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 9,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	34	Umedificatoare pentru oxygen tip AquaFlow	0552	Smiths	Marea Britanie	Cod de ref.N 1505 Calitati: Steril Transparent Se solicita flacon gol care poate fi umplut cu apa sterila	Cod de ref.N 1505 Calitati: Steril Transperen Codul Produsului:0552 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			Z210-12	Smiths	Marea Britanie	REF 22714186-5 12 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda	REF 22714186-5 12 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda Codul Produsului: Z210-12 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Prodo-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	38	Sistem aspirație traheala circuit închis 72 ore	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	REF 22714186-5 14 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda	REF 22714186-5 14 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda Certificat CE, Certificat ISO 13485	CEE, ISO
			Z210-16	Smiths	Marea Britanie	REF 22714186-5 16 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda	REF 22714186-5 16 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda Certificat CE, Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33100000-1	39	Mandren tip Bougie FR 15	26261400	Welllead	China	Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in canal cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 15	Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in canal cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 15 Codul Produsului: 26261400 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
			26261400	Welllead	China	Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in canal cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 10	Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in canal cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 10 Codul Produsului: 26261400 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33100000-1	41	Bandă adezivă (emplastru) 3cm/5m	38125	IHT	Spania	Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoaergenice, chirurgical pe bază de matasa 1 cm/5 m	Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoaergenice, chirurgical pe bază de matasa 1 cm/5 m Codul Produsului: 38125 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
			38126	IHT	Spania	Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoaergenice, chirurgical pe bază de matasa 3 cm/5 m	Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoaergenice, chirurgical pe bază de matasa 3 cm/5 m Codul Produsului: 38126 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
			CVC 2176	Fornia	Germania	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm Codul Produsului:CVC 2176 CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
			CVC 2176	Fornia	Germania	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm Codul Produsului:CVC2176 CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
			CVC 3176	Fornia	Germania	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm Codul Produsului: CVC3176 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	43	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	CVC 3176	Fornia	Germania	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-20-22-22 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=13 cm ISO13485, CE	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-20-22-22 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=13 cm Codul Produsului:CVC3176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			CVC 3176	Fornia	Germania	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-12-12 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-12-12 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm Codul Produsului: CVC3176 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			334028R	Intra	Germania	Quotrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	Quotrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm Codul Produsului: 33402R CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	47	Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 7,0	100/541/070	Smiths	Marea Britanie	Nr. 7,0. Bisturiu Ac introdicator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular Codul Produsului: 100/541/070 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Nr. 7,0. Bisturiu Ac introdicator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular Codul Produsului: 100/541/070 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
			100/541/080	Smiths	Marca Britanie	Nr. 8,0. Bisturiu Ac introdicator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular	Nr. 8,0. Bisturiu Ac introdicator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular Produsului: 100/541/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director
Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7