

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de preturi (Bunuri) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1607580644402			Data: „28” Decembrie 2020			Alternativa nr.: _____		
Denumirea "Consumabile medicale"			Lot: _____			Pagina: _____ din _____		
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articulului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33140000-3	Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge.	G133-211	SUA	ACON	La cantitatea respectivă de teste, vor fi oferite cu titlul gratuit 300 glucometre și 100000 lancete. Descrierea glucometrului: Dispozitiv portabil pentru determinarea glicemiei; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare automată; Calibrare cu valori din plasma sângelui; Setul să conțină soluție de control; Proba sânge capilar; Intervalul de măsurare 0,6 mmol/L-33,3 mmol/L; Indicator al bateriei; Indicator vizual și sonor la descărcarea bateriei; Timp de măsurare până la 10 sec.; Memoria de testare min. 900; Autonomia bateriei min. 1000 teste; Volumul picăturii de sânge ≤ 0,7 mcl; Buton ejector de teste; Funcție alertă proba insuficientă; Funcție alertă hipoglicemie; Funcție alertă corpi cetonic; Alimentat de la baterie – CR, AAA sau AA; Geantă de transport; Garanție min. 2 ani; Ghid de utilizare limba de stat; Certificat CE sau Declarație de conformitate; Standarde ISO 15197 2013, ISO 13485; Toate accesoriile și consumabilele trebuie să fie compatibile. Testele cu termen de valabilitate min. 18 luni; compatibile cu glucometru; Certificat CE sau Declarație de conformitate; Lancete cu termen de valabilitate min. 18 luni; Certificat CE sau Declarație de conformitate; Standarde ISO 13485.	La cantitatea respectivă de teste, vor fi oferite cu titlul gratuit 300 glucometre "On Call Plus" și 100000 lancete. Descrierea glucometrului: Dispozitiv portabil pentru determinarea glicemiei; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare automată; Calibrare cu valori din plasma sângelui; Setul va conține soluție de control; Proba sânge capilar; Intervalul de măsurare 1,1 mmol/L-33,3 mmol/L; Indicator al bateriei; Indicator vizual și sonor la descărcarea bateriei; Timp de măsurare până la 10 sec.; Memoria de testare min. 300; Autonomia bateriei min. 1000 teste; Volumul picăturii de sânge ≤ 0,5 mcl; Buton ejector de teste; Funcție alertă proba insuficientă; Funcție alertă hipoglicemie; Funcție alertă corpi cetonic; Alimentat de la baterie – CR; Geantă de transport; Garanție min. 2 ani; Ghid de utilizare limba de stat; Certificat CE; Standarde ISO 15197 2013, ISO 13485; Toate accesoriile și consumabilele sunt compatibile. Testele cu termen de valabilitate min. 18 luni; compatibile cu glucometru; Certificat CE; Standarde ISO 13485. Lancete cu termen de valabilitate min. 18 luni; Certificat CE; Standarde ISO 13485.	Certificat CE; ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: Goreacii Vitalie, în calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A Corobceanu 7A, ap.9

