



M-INTER-FARMA S.A.

IDNO 1003600005263 Cod OKPO 37020536 Cod TVA 0207934
MD 2025, Chişinău, strada Grenoble 21, 23, Moldova

Nr. 183 din 12 decembrie 2022

Către
Directoarea IMSP AMT BOTANICA
Doamnei Marina GOLOVACI

OFERTA de preț și specificațiile tehnice pentru Servicii de mentenanță	
Autoritate contractantă:	ÎMSP IMSP AMT BOTANICA
Adresa, date de identitate	IDNO: 1003600153360 Republica Moldova, mun. Chişinău, MD-2005 Chişinău, bd. Dacia 5/2 Tel. 0-22-53-16-33 / 0794-36-345 e-mail: mcecoi@mail.ru
Achiziții publice:	Inginer Igor Pinteaa e-mail:
Beneficiar final:	CMF 2, mun. Chişinău, str. Independenței 28 Secția Radioimagică Medicală

Nr.	DENUMIREA	U/M	Canti- tate	Preț unitar f/ă TVA Lei	Suma unitară cu TVA Lei	Suma Totală f/ă TVA MDL	Suma Totală cu TVA MDL
1	OFERTA de PREȚ pentru Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic						
	Servicii de mentenanță anuală (12 luni) a dispozitivului radiologic Digital de model Unimat L. Producător Josef Betschart AF, Elveția. Anul producerii 2010	Serviciu	12	3 000,00	3 600,00	36 000,00	43 200,00
TOTAL						36 000,00	43 200,00

2.	Specificația lucrărilor de mentenanță tehnică			Servicii lunare	Servicii trimestriale	
Nr	Denumirea					
2.1	Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice				+	
2.2	Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: - frânelor electromagnetice, - dispozitive de acționare - dispozitiv de centrare				+	
2.3	Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: - cablu de înaltă tensiune - dispozitiv de comandă - generator și tubul roentgen				+	
2.4	Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al				+	



M-INTER-FARMA S.A.

IDNO 1003600005263 Cod OKPO 37020536 Cod TVA 0207934
MD 2025, Chișinău, strada Grenoble 21, 23, Moldova

	conformității lor cu caracteristicile nominale necesare		
2.5	Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: -verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii deferite - verificarea parametrilor câmpului de lucru - verificarea dozei de expunere - verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru - verificarea sensibilității și a pragului de contrast	+	+
2.6	Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: - verificarea suprafeței hard discului - defragmentarea hard discurilor - diagnosticarea totală a calculatoarelor - controlul asupra stării dispozitivelor de rețea - controlul asupra funcționării bazei de date - controlul asupra funcționării software-ului - întreținerea preventivă a unităților CD și CD_RW - întreținerea preventivă a manipulatoarelor - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem - întreținerea preventivă a blocului electronic	+	+
2.7	Schimbarea lubrifiantului în mecanisme		+
2.8	Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării	+	
2.9	Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoptic	+	
2.10	Alte servicii conform pașaportului tehnic	+	
3.	Alte condiții oferite		
3.1	Serviciile de mentenanță o dată în lună conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi a cabinetelor radiologice digitale (între orele 14.00 și 18.00).		
3.2	La necesitatea beneficiarului, prestatorul acordă consultații privind exploatarea și deservirea zilnică a dispozitivului radiologic, precum și să invite pe reprezentantul prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui.		
3.3	Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii beneficiarului. Reprezentatul prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidență a serviciilor de mentenanță		
3.4	Beneficiarul asigură accesul reprezentanților prestatorului la dispozitivul radiologic, precum și disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică.		
3.5	Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz, sau repararea acestora. Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice.		

Cu respect,
M-INTER-FARMA S.A

Directoarea

Maria Morozov

Semnătură autorizată