

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1729857546486, ID: 21303085 din 25.11.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

Codul CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
331000 0-1	35	Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale	Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale	LYOPLAN T 1066050 5x6cm	Germania	Aesculap AG BBraun	Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale Dimensiuni - 5-6cm x 5-6cm;	Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale. Dimensiuni - 5cm x 6cm; Catalogul anexat, pag.1-2	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM0005228 09
331000 0-1	48.1	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT740T	Germania	Aesculap AG BBraun	Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla (definiției -unitatea de măsură a	Drepte, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor 6,2 mm; forța de închidere 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. Catalogul anexat. Ctrl + F cod	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM0005232 16
331000 0-1	48.2	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT758T	Germania	Aesculap AG BBraun	Tip baionetă, lungimea brașelor - maxim 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Tip baionetă, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor 8,7 mm; forța de închidere 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile, Catalogul anexat. Ctrl + F cod	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM0005232 25
331000 0-1	48.3	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT820T	Germania	Aesculap AG BBraun	Angulare 90 grade, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	Angulare 90 grade, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor 4,5 mm; forța de închidere 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. Catalogul anexat. Ctrl + F cod	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM0005232 48