

LOT 167 Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant <u>STR-23</u> <u>TEK-BAL TIBBI CIHAZLAR SAN TIC STI, Turcia</u>	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă	Autoclav 21 -25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B DA Pag. 76 User Manual Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox DA Pag. 2 Product Specification Exterior Vopsit electrostatic rezistent la coroziuni DA Pag. 2 Product Specification Securitate la supraîncălzire DA Pag. 20 User Manual Securitate la suprapresiune DA Pag. 21 User Manual Alarmer acustică vizuală DA Pag. 85 User Manual Durata sterilizării reglabilă DA Pag. 47 User Manual Control Microprocesor DA Pag. 21 User Manual Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă DA Pag. 21 User Manual Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare DA Pag. 49 User Manual Suprafața exterioară să nu se încălzească DA Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit DA Pag. 46 User Manual Imprimanta DA Pag. 26 User Manual Afișaj alfanumeric DA Pag. 42 User Manual	CE/ DM000390467

LOT 167 Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110

Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Ciclu de strilizare DA Pag. 75 User Manual Ciclu de presiune pozitivă DA Pag. 75 User Manual Ciclu de vacuum DA Pag. 75 User Manual Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata DA Pag. 82 User Manual Sistem de uscare DA Pag. 48 User Manual Facilități de setare timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 75 User Manual eliberare automată a vaporilor DA Pag. 26 User Manual racire rapidă DA Pag. 23 User Manual Volum interior 23L Precizie timp de sterilizare 1 min DA Rafturi da, 3 tavi DA Pag. 2 Product Specification Regimuri de sterilizare 8 DA Pag. 32 User Manual Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C DA Pag. 19 User Manual Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C DA Pag. 75 User Manual Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare DA Pag. 75 User Manual Înregistrator date DA Tip date data Timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 77 User Manual presiune DA Pag. 77 User Manual Capacitatea rezervorului de apă 4 l DA Pag. 32 User Manual Alimentare 220V, 50 Hz DA Pag. 32 User Manual	
--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău