

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678110259150 din 16/03/2023						
Obiectul achiziției : Servicii de reparare și întreținere a dispozitivelor medicale						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 4						
Unitate de radiografie mobilă XFM AMR+IR303/A-D	XFM	Italia	Italray	<p>Servicii solicitate:</p> <p>Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate <p>Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat</p> <p>Lucrări efectuate în timpul reviziei:</p> <ul style="list-style-type: none"> -verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; -revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA și kV; - verificarea timpului de scanare; - performanța imaginii; - auto calibrarea; - lubrifierea suportului principal; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate. 	<p>Servicii solicitate:</p> <p>Da, Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da, 2 revizii pe an obligatoriu; - da, intervenție la cerere, la necesitate, <p>Da, Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat</p> <p>Lucrări efectuate în timpul reviziei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da, verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; - da, revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; - da, curățarea părților componente ale echipamentului; - da,curățarea tubului; - da,verificarea mA și kV; - da, verificarea timpului de scanare; - da, performanța imaginii; - da, auto calibrarea; - da, lubrifierea suportului principal; - da,controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - da, eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - da, curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - da, verificarea tensiunilor de alimentare; - da, verificarea conexiunilor electrice; - da,verificarea cablurilor de masă; - da, curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - da, verificarea funcționării motoarelor; - da, verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - da, verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - da, reparația componentelor, la necesitate. 	CE, ISO, Autoriz. Radiologică Certificat de instruire
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011